

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5

**Pompa aktywnie wspomagająca pracę serca – 5 szt.**

Lp	Parametr/warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	- Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca - Wydajność maksymalna do 4,3 L na minutę - Średnica szafu 9F - Średnica pompy 14F - Kompatybilna z koszulką 14F - Kompatybilność z przewodnikiem 0,018” - Pomiar całkowitego rzutu serca - Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania - Zdalny dostęp do pracy pompy	TAK podać	

**Dzierżawa 2 szt. jednostek sterujących pompami oraz serwisowanie tych jednostek przez okres trwania umowy.**

- Siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego upoważnionego do wykonywania działań serwisowych  
 adres.....  
 .....  
 .....