



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 23.07.2024 r.

AT.Z.2150.11.1.2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę laryngoskopów do trudnej intubacji wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Czy ze względu na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego, tj. zakłócenia w łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych oraz trudności z dostępnością podzespołów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 1 OPZ pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści odłączany akumulator Li-Ion zapewniający pracę przez min. 60 min., (ładowarka sieciowa w zestawie) ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 1 OPZ pkt. 2: Czy Zamawiający wymaga od ekranu monitora kąta widzenia min. 160°?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 1 OPZ pkt. 2: Czy Zamawiający wymaga monitora wyposażonego w funkcję oszczędności energii - automatyczne wyłączenie monitora po min. 5 minutach?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznika nr 1 OPZ pkt. 2 i 3: Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskopy wykorzystujące technologię kamery CMOS o rozdzielczości HD min. 800p oraz technologię oświetleniową LED?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznika nr 1 OPZ pkt. 3: Czy Zamawiający wymaga rękojeści wyposażonych w bezgwintowy interfejs do połączenia z monitorem?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznika nr 1 OPZ pkt. 3: Czy Zamawiający w miejsce opisanej łyżki Macintosh 1 dopuści łyżkę Macintosh 0? Spełniająca wymogi dla tego samego zakresu pacjentów.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznika nr 1 OPZ pkt. 3: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania łyżek d-Blade S czyli pediatrycznych oraz D-Blade L czyli dla dorosłych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, w szczególności ładowarka do akumulatora do monitora, która nie podlega ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznika nr 2 Oferta Wykonawcy punkt 8, wzoru umowy §8 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenia czasu usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancji w przypadku konieczności wymiany części do 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy polski do 20 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr11

Dotyczy Załącznika nr 2 Oferta Wykonawcy punkt 10, wzoru umowy §8 ust. 7 - Z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 5 lat od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr12

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika lub naturalnego zużycia.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr13

Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar za nieterminową naprawę?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 14

Dotyczy wzoru umowy § ust. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie czy oczekuje podania ceny netto laryngoskopu do trudnej intubacji (kompletny) za 1 komplet czy za 4 komplety?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Adam Fimiaryz

/-/

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II

w Zamościu