



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

AG.ZP.3320.60.09067.19

Zamość, dnia 09 sierpnia 2019 r.



dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników koagulologicznych wraz z dzierzawą dwóch analizatorów koagulologicznych**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych również w sytuacji, kiedy takie przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji umowy głównej?

**Wyjaśnienia: TAK**

2. Zważywszy, że podmiot przetwarzający nie ma obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, a jedynie rejestr kategorii czynności przetwarzania, oraz że art. 30 RODO nie daje Administratorowi uprawnień do wglądu do żadnego z powyższych rejestrów prowadzonych przez Podmiot przetwarzający prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych § 3 ust. 8?

**Wyjaśnienia:**

Zamawiający wyjaśnia : § 3 ust. 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

**“Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 RODO. Podmiot przetwarzający udostępnia na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych”.**

3. Na jakiej podstawie prawnej Podmiot przetwarzający ma informować Zamawiającego o żądaniach jakiegokolwiek organu lub osoby, której dane dotyczą oraz o wszelkich wykrytych naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych, jeśli nie dotyczy to danych powierzonych przez Administratora?

**Wyjaśnienia:**

**Zamawiający - „Administrator” danych osobowych nie będzie żądał od podmiotu przetwarzającego, informacji na temat wszelkich wykrytych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych niepowierzonych przez Administratora do ich przetwarzania.**

AG.ZP.3320.60.19 – wyjaśnienia treści SIWZ

Strona 1 z 4

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 44151/A/0001/UK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu

4. Prosimy o wyjaśnienie jaki analit(y) zamierza zamawiający oznaczać metodą anty Xa?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający planuje monitorowanie leczenia RIWAROKSABANEM .

5. Czy należy zaoferować oryginalne odczynniki producenta analizatora?

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy załącznika „Opis przedmiotu zamówienia”: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych do badań PT, APTT, fibrynogen, stabilne na pokładzie aparatu min. 12 h, w fiolkach nie większych niż 1 ml, z możliwością mrożenia?

**Wyjaśnienia:** TAK

7. Prosimy o potwierdzenie, że przez zapis w siwz „dni robocze” należy rozumieć „dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?

**Wyjaśnienia:** Tak, zgodnie z zapisami we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

8. Dotyczy pkt. 6 strona 8 SIWZ: Czy Zamawiający dopuści dostarczenie na żądanie wersji elektronicznej (pdf.)dokumentów w postaci: instrukcji obsługi oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów, instrukcji wykonania badań i ulotek odczynnikowych? Wskazane dokumenty mają łącznie kilkaset stron, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe i ekonomiczne ma oczywiste uzasadnienie.

**Wyjaśnienia:** TAK

9. Czy Zamawiający w ramach wymogu zapewnienia podłączenia do sieci zaoferowanych aparatów oczekuje zapewnienia dodatkowego nowego zestawu komputerowego wraz z drukarką i czytnikiem kodów czy będzie dysponował własnym zestawem komputerowym?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający **nie wymaga** zapewnienia dodatkowego zestawu komputerowego wraz z drukarką i czytnikiem kodów w celu podłączenia analizatorów do LSI. Zamawiający dysponuje własnym zestawem komputerowym.

10. Dotyczy załącznika „Opis przedmiotu zamówienia” Czy Zamawiający wymaga zapewnienia fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego w postaci klimatyzatora, drukarek, UPS-ów, komputera do sieci szpitalnej z gwarancją serwisu na cały okres trwania umowy czy dopuszcza w/w sprzęt używany?

**Wyjaśnienia:**Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 9 Zamawiający **nie wymaga** zapewnienia dodatkowego zestawu komputerowego.

Zamawiający **wymaga** zaoferowania nowego klimatyzatora o mocy 3-4 kW na powierzchnię ok. 20m<sup>2</sup>.

11. Dotyczy załącznika „Opis przedmiotu zamówienia” pkt.9 pod tabelą: W związku z wymogiem zapewnienia w cenie tonerów, bębnow do drukarki prosimy o informację dla jakiej ilości wydruków wyników Wykonawca ma zapewnić wymagany asortyment na czas umowy?

**Wyjaśnienia:** 2000 wydruków przez okres 24 m-cy.

12. Dotyczy analizatora dodatkowego: Czy Zamawiający przez „analizator odnowiony” rozumie analizator po generalnym przeglądzie, po wymianie wszystkich części zużywalnych (serwisowych), w pełni sprawny i gotowy do

użycia co Wykonawca potwierdzi dokumentacją autoryzowanego serwisu?

**Wyjaśnienia:** TAK

13. Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 6.1/: Prosimy o zmianę zapisu umowy oraz doprecyzowanie wg propozycji: „1/ wykonywania w cenie oferty napraw dzierżawionych analizatorów w czasie 48 godzin licząc od zgłoszenia i wyłączenia z używania przedmiotowych analizatorów . W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy, Sprzedający zobowiązany jest w cenie oferty udostępnić do czasu zakończenia naprawy inne analizatory tego samego typu lub zapewnić wykonanie zaplanowanych badań na swój koszt w innym laboratorium. Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii rozumiany jako czas przystąpienia do naprawy od chwili zgłoszenia jej konieczności wynosi 24 godziny (licząc terminy w dni

robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)”.  
Wnosimy o usunięcie z w/w „słów” bezpłatnie co może sugerować darowiznę. Doprecyzowanie w zakresie alternatywnego wykonania w czasie awarii badań w innym laboratorium pozwoli na rozszerzenie wachlarza możliwości zapewnienia oczekiwanych świadczeń.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**§ 3 ust. 6.1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:**

**„wykonywania w cenie oferty napraw dzierżawionych analizatorów w czasie 48 godzin licząc od zgłoszenia i wyłączenia z używania przedmiotowych analizatorów . W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy, Sprzedający zobowiązany jest w cenie oferty udostępnić do czasu zakończenia naprawy inne analizatory tego samego typu lub zapewnić wykonanie zaplanowanych badań na swój koszt w innym laboratorium. Czas reakcji serwisowej na zgłoszenie awarii rozumiany jako czas przystąpienia do naprawy od chwili zgłoszenia jej konieczności wynosi 24 godziny (licząc terminy w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)”**

14. Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 1: W związku z tym, że umowa nie dotyczy sprzedaży analizatorów, prosimy o zmianę zapisu o „zapewnieniu gwarancji” na „zapewnienie obsługi serwisowej”, co będzie zgodne z faktycznym świadczeniem dla umowy dzierżawy wykonywanym przez Wykonawcę:

„Sprzedający w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 zapewni obsługę serwisową na dostarczone w ramach dzierżawy dwa analizatory model ..... produkcji ..... na okres obowiązywania umowy”.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

**§ 3 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:**

**„Sprzedający w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 zapewni obsługę serwisową na dostarczone w ramach dzierżawy dwa analizatory model ..... produkcji ..... na okres obowiązywania umowy”.**

15. Ze względu na to, że oferowany przez naszą firmę odczynnik do oznaczenia D-dimerów charakteryzuje się liniowością do 4000 ng/ml prosimy o podanie % badań w zakresie do tej wartości, tak by można było prawidłowo policzyć liczbę powtórek.

**Wyjaśnienia:** do 4000ng/ml wykonuje się ok. 77% badań.

16. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatorów dokonujących pomiaru wykrzepiania metodą opartą o zjawisko wiskozymetrii.

**Wyjaśnienia:** NIE

17. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów umożliwiających załadunek kuwet i płynów płuczących bez zatrzymywania pracy natomiast odczynników wyłącznie w czasie bezczynności analizatora

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SIWZ

18. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, w których odczyt kodu kreskowego odczynnika odbywa się bezpośrednio przed umieszczeniem odczynników w aparacie.

**Wyjaśnienia:** TAK

19. Prosimy o wyrażenie zgody zaoferowanie odczynników, które zgodnie z rekomendacjami producenta po wyjęciu z lodówki zewnętrznej, a przed włożeniem na pokład analizatora powinno się stabilizować w temperaturze pokojowej minimum 30 minut.

**Wyjaśnienia:** NIE

20. Prosimy o możliwość zaoferowania materiałów kontrolnych do badań PT, APTT, Fib, D-dimer w fiolkach o obj. 2 ml, stabilnych 24 h na pokładzie analizatora oraz możliwością zamrażania.

**Wyjaśnienia:** TAK

Z-ca Dyrektora  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa

*lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk*