



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 kwietnia 2017 r.

AG.ZP.3320.28.04419.17

dotyczy: **wyjaśnienie treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, koncentratów do hemodializ, środków dezynfekcyjnych do wyrobów medycznych i zestawów opatrunkowych dla Stacji Dializ. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie 1 dot. zadania 17:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 17 preparat równoważny do Citrosteril zawierający w 100 g: 22,5 g kwasu cytrynowego, kwas jabłkowy i kwas mlekowy, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 2 dot. wzoru umowy § 9:

Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienności cen netto; a w przypadku braku zgody możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron bez ponoszenia kar umownych.

Wyjaśnienie: W § 9 ust. 3 wzoru umowy dodaje się punkt 7 o treści: „ 7) w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny brutto, zmianie ulegnie cena netto”.

Pytanie 3 dot. zadania 13:

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w zakresie zadania 13 Zamawiający wymaga cewników dializacyjnych dwukanałowych, hydrofilnych wykonanych z biokompatybilnego termo wrażliwego poliuretanu widocznego w RTG w zestawach do implantacji ze: strzykawką min. 5 ml, igłą do wkłuwania, przewodnicą znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038, 2 x rozszerzadłami naczyniowymi 8Fr i 12Fr oraz koreczkami heparynizowanymi?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opisanych powyżej cewników.

Pytanie 4 dot. zadania 14:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 14 zestawu dwukanałowego do hemodializy permanentnej – sterylnej, z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi i jednym światłem żylnym, z mufką, do długotrwałego utrzymywania w żyłę, hydrofilny, wykonany z carbothanu, umożliwiający przepływ 500 ml/min. W rozmiarach: 15,5 Fr x 24 cm, 28 cm, 32 cm (do wyboru przez zamawiającego). Dostarczane w kompletnych

str. 1 z 7

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Wyjaśnienie SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.28.17



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

zestawach do implantacji internistycznej składający się z: cewnika, koszulki wprowadzającej, rozrywanej typu Peel Away z zastawką, tunelizatora metalowego z gwintową nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym, zespołu rozgałęziaczy, rozszerzadła tunelizacyjnego, rozszerzacza naczyniowego 16F, skalpela, igły punkcyjnej 18G x 7 cm, przewodnika 0,038, pianki zabezpieczającej, opatrunkami na ranę, portów inieekcyjnych oraz usztywniacza.

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opisanego powyżej zestawu.

Pytanie 5 dot. zadania 20:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™ 13% (1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml z przeliczeniem zamawianej ilości. Elektrolity (mmol/l): Na⁺ 1352 – Citrate 3 – 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego ?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 6 dot. zadania 13:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie, bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, mini skalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilny, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 7 dot. zadania 14:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permethane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa), cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju 14FR i długościach od mufy do końca cewnika/długość całkowita: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

str. 2 z 7

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 8 dot. zadania 13 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy 12 FR o długości 15 cm (nr katalogowy: EF-7613), 20 cm (nr katalogowy: EF-7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów do ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7 cm, strzykawkę 5 ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10 cm i 12Fr x 15 cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 9 dot. zadania 14 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny dwukanałowy 15,5 FR o długości 24 cm (tip to cuff 19 cm – nr kat. 32101524), 28 cm (tip to cuff 23 cm – nr kat. 32101528), 32 cm (tip to cuff 27 cm – nr kat. 32101532) widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętnicznymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termo wrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16Fr, skalpelem, igłą punkcyjną 18G x 7 cm, pianką zabezpieczającą, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 10 dot. zadania 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe o n/w klirensach obliczonych zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min i UF=0): mocznik: 234 ml/min., fosforany: 162 ml/min., Wit. B12: 92 ml/min, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ ?

Wyjaśnienie: Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 11 dot. zadania 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe o n/w klirensach obliczonych zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min i UF=0): mocznik: 253 ml/min., fosforany: 180 ml/min., Wit. B12: 107 ml/min, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 12 dot. zadania 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe o n/w klirensach obliczonych zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min i UF=0): mocznik: 269 ml/min., fosforany: 201 ml/min., Wit. B12: 133 ml/min, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ ?

Wyjaśnienie: Nie, wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 13 dot. zadania 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe o n/w klirensach obliczonych zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min i UF=0): mocznik: 275 ml/min., fosforany: 242 ml/min., wit. B12: 176 ml/min, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 14 dot. zadania 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe o n/w klirensach obliczonych zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min i UF=0): mocznik: 279 ml/min., fosforany: 251 ml/min., wit. B12: 186 ml/min, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 15 dot. zadania 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na zestawy drenów do aparatów Fresenius z igłami do hemodializy żylna i tętnicza z klemą obrotową przy skrzydełkach w rozmiarze od 14G do 17G do wyboru przez Zamawiającego pakowane oddzielnie, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 16 dot. zadania 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na zestawy drenów do aparatów Dialog z igłami do hemodializy żylna i tętnicza z klemą obrotową przy skrzydełkach w rozmiarze od 14G do 17G do wyboru przez Zamawiającego pakowane oddzielnie, spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone w Specyfikacji SIWZ ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 17 dot. zadania 3:

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 3 dializatorów syntetycznych z klirensem dla mocznika nie mniejszym niż 274 zamiast 275, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w siwz.

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18 dot. zadań 6 i 7:

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 6 i 7 zestawów drenów dostarczanych w komplecie z igłami, jednak igły będą w oddzielnym opakowaniu.

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 19 dot. zadania 13:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 dopuści zestawy w rozmiarze 11,5 Fr ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 20 dot. zadania 14:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 dopuści zestawy w rozmiarze 14,5 Fr ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 21 dot. zadań: 1, 2, 3, 4 i 11:

Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający, ze względu na brak możliwości

str. 4 z 7

sprzedaży przez producenta „na sztuki” asortymentu wykazanego w:

Zadanie 1 poz. 1 opakowanie po 24 szt.

Zadanie 2 poz. 1 opakowanie po 24 szt.

Zadanie 3 poz. 1 opakowanie po 24 szt.

Zadanie 4 poz. 1 opakowanie po 24 szt.

Zadanie 11 poz. 1 opakowanie po 5 szt.

zgodzi się na dostawę tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań lub minimalnych ilości do realizacji.

Wyjaśnienie: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów o różnej wielkości opakowań. W ofercie cenowej liczbę zaoferowanych opakowań należy ustalić przeliczając ogólne ilości zapotrzebowanych wyrobów na liczbę opakowań o określonej oferowanej wielkości z zaokrągleniem w górę do całkowitej liczby opakowań, gdy uzyskana wielkość nie będzie liczbą całkowitą.

Pytanie 22 dot. zadania 21:

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy do hemodializy z opatrunkiem typu canulla plast w rozmiarze 6 x 8 cm, pozostałe składowe zestawu bez zmian ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 23 dot. zadania 19:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie środka dezynfekcyjnego Puristeril 340 w opakowaniu handlowym 8,8 Litrów o masie 10 kg w ilości 2 opakowania handlowe ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 24 dot. zadania 22:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego środka Clearsurf w opakowaniu handlowym 1 op – 6 szt. x 2L ?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 25 dot. zadania 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do HD dostarczanego obecnie, tj.:

Część I – Podłączenie dializy

Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 30 g – 6 szt.

Rękawice lateksowe bezpudrowe S/M/L (do wyboru w zależności od zestawu) – 2 szt.

Serweta włókninowa foliowana 38 cm x 45 cm – 1 szt.

Przylepiec SOFTPORE 1,25 cm x 15,5 cm – 1 x 4 szt.

Opatrunek włókninowy do wkłuc 6 cm x 8 cm – 2 szt.

Część II – Odłączenie dializy

Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 30 g – 4 szt.

Rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar S/M/L (do wyboru w zależności od zestawu) – 2 szt.

Rękawica winylowa bezpudrowa rozm.L (pacjent) – 1 szt.

Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5 cm x 7 cm – 2 szt.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 26 dot. zadania 21:

Czy Zamawiający oczekuje aby zestawy dostarczane były w opcji wyboru rozmiaru rękawiczek – od rozmiaru S do L ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, lecz nie wymaga.

Pytanie 27 dot. zadania 21:

Czy Zamawiający oczekuje aby zestawy były zapakowane w opakowanie pośrednie kartonowe – dispenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykietę produktu) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza taki rodzaj opakowania, lecz nie wymaga.

Pytanie 28 dot. zadania 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu opatrunkowego do hemodializ o składzie:

Rodzaj składnika	Rozmiar składnika	Ilość skł.
Serweta z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej o gramaturze 42 g/m ²	50 x 35	1
Rękawice lateksowe bezpudrowe	L	2
Kompresy włókninowe 30 g/m ² , 4W	7,5 x 7,5 cm	6
Cannula plast	8 x 5,8 cm	2
Plasofix	2,5 x 15 cm	4
Rękawice lateksowe bezpudrowe	L	2
Rękawice winylowe bezpudrowe	L	1
Kompresy włókninowe 30 g/m ² , 4W	7,5 x 7,5 cm	4
Fixopore S 5 x 7,2 cm	5 x 7,2 cm	2

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 29 dot. wzoru umowy:

Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi ?

Wyjaśnienie: Ulega zmianie treść § 1 ust. 3 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie: „Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny określonej w § 3 ust. 1 umowy. Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny określonej w § 3 ust. 1 umowy.”

Pytanie 30 dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Kupujący pisemnie wezwie Sprzedającego do należytego wykonywania umowy” ?

Wyjaśnienie:

Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Pytanie 31 dot. wzoru umowy:

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 9 ust. 3 pkt. 6) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt. 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych ?

Wyjaśnienie: W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy z uwagi na jej niezrealizowanie w okresie 12 miesięcy, postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt. 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną do niej wprowadzone stosownym aneksem.

Pytanie 32 dot. zadanie 14

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Zadaniu nr 14. W szczególności proszę o wyjaśnienie czy podane długości odnoszą się do długości całkowitej czy też dotyczą długości cewnika do mufy?

Wyjaśnienie: Dotyczą długości cewnika do mufy.

Pytanie 33 dot. zadanie 14

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny dwukanałowy permanentny zestaw do hemodializy wykonany z materiału zapobiegającego gromadzeniu się elementów krwi o długościach 20/15cm, 22/17cm, 24/19cm, 28/23cm, 32/27cm, 36/31cm, rozmiar 15,5 Fr, odgięta końcówka zapobiegająca zakrzepicy związanej z przyleganiem końca cewnika do ściany naczynia i zmniejszająca ryzyko wystąpienia niedrożności kanału tętniczego.

Wyjaśnienie: Tak.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek