



Zamość, dnia 28 lipca 2017 r.

AG.ZP.3320.50. .17

dotyczy: **wyjaśnienie treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

#### Pytanie dot. zadania 1

Czy Zamawiający dopuści mieszek pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowani folia-papier?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

#### Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę hakową o średnicy 5 mm, długości 360 mm zakończoną haczykiem w kształcie litery L? Czy zamawiający wymaga zaoferowania kabla do elektrody?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

#### Pytanie dot. zadania 10:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 dopuści złożenie oferty z przewodnikami naczyniowymi hydrofilnymi jednorazowego użytku, w całości wykonanymi z nitinolu z bardzo wydajnym pokryciem hydrofilnym, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, jednocześnie, bez łączeń na całej długości, z bardzo dobrą kontrolą trójki 1 – 1, trwała powłoka hydrofilna na całej długości, o długości 150 cm i średnicy 0,035”, zakończona prostą końcówką, również dostępne w opcji z kształtowalną końcówką, pakowane po 5 sztuk?

**Wyjaśnienie:** Tak

#### Pytanie dot. zadania 11:

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści zaoferowanie worków w rozmiarach 8,5 x 18,5cm o pojemności 200 ml, wykonanych z trwałej, nierozciągliwej folii, posiadający izolowaną pętlę do zaciągania, znajdujący się w jasnym, plastikowym tubusie o średnicy do trokarów 10mm, długości powyżej 19 cm. Pakowanych pojedynczo.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPOWSZECZNIANIA  
KARMENIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie dot. zadania 12:**

Czy Zamawiający w zadaniu 12 wymaga by retraktor posiadał metalowe 5 – cio ramienne pokrętko regulacyjne, był nierozbieralny oraz posiadał kanał płuczący?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 13**

Czy Zamawiający dopuści w poz.4 miskę nerkowatą z pulpy celulozowej o pojemności 700 ml zgodnie z normą PAS 29, produkt, wymieniony przechowuje płyny ustrojowe oraz inne płyny przez minimum 4 godziny.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 14:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 14 zestawów do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G/90mm – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 14 pozycja 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycji 1 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z cewnikiem z otworem końcowym, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, ze znacznikami długości, bez znacznika rtg, z oznaczeniem końcówki dystalnej pomagającej w ustaleniu pełnego wprowadzenia cewnika, spełniający wszystkie pozostałe wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 14 pozycja 1**

Czy zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycji 1 wymaga, aby system mocowania cewnika do skóry pacjenta składał się z płaskiego zatraskowego mechanizmu blokującego cewnik jednocześnie nie powodującego zamknięcia jego światła oraz samoprzylepnej gąbkowej podkładki, dzięki zastosowaniu przezroczystego materiału umożliwi obserwację cewnika i miejsca wkłucia, gwarantuje pewne, znacznie skuteczniejsze niż inne metody, zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem się cewnika, a konstrukcja w formie zatrasku pozwala na szybkie i łatwe zamocowanie?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie dot. zadania 18:**

Czy zamawiający zgodzi się na zaferowanie w zadaniu nr 18 cewników permanentnych typu SPLIT o średnicy 14 Fr wykonanych z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 18:**

Czy Zamawiający w pozycjach 1, 2 i 3 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długościach mufka-koniec cewnika/całkowita długość cewnika 19/24 cm, 23/28cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do

str. 2 z 13

implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. zadania 18 pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości całkowitej 24cm ( długość od mufy – 19cm), 28cm ( długość od mufy – 23cm), 32cm (długość od mufy-27cm), 36cm (długość od mufy – 31cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm , pianką zabezpieczającą opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. zadania 18 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości całkowitej 24cm ( długość od mufy – 19cm), 28cm ( długość od mufy – 23cm), 32cm (długość od mufy-27cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm , pianką zabezpieczającą opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. zadania 18 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy dwukanałowy 15,5FR o długości całkowitej 24cm ( długość od mufy – 19cm), 28cm ( długość od mufy – 23cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianką zabezpieczającą opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. pakietu 19:**

Czy Zamawiający w pakiecie 19, pozycja 1 dopuści Zestaw cewników dwuświatłowych

str. 3 z 13

wysokoprzepływowym poliuretanowym (HighFlow) z powłoką bizmutową i zakończeniu cewnika w kształcie schodkowym redukującym powstawanie zjawiska mieszania się krwi powrotnej z napływową, w rozmiarach 11,5F i 13F, długości 15 cm, 20 cm, 25 cm zawierających : (1) cewnik z rozszerzaczem wewnętrznym, (1) igła wprowadzająca GPN -177, (1) skalibrowany przewodnik z końcówką J 0,032" x 700 mm do 11,5F/0,032" x 900 mm do MC – GDH K-1125/0,038" x 700 mm GGW-3870J do 13 F/0,038" x 900mm do MC-GDH K-1325, (2) korki uszczelniające, (1) rozszerzacz 12F x 150 mm do 11,5F /rozszerzacz 13F x 150 mm do 13F, (1) opatrunek. Średnica światła zewnętrznych podana na cewniku i opakowaniu, Cewnik kontrastujący w promieniach RTG, Łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry?

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. pakietu 19:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. zadania 19 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy prosty 12F o długości 20 cm i 24cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika.

Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8F x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J- Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

**Wyjaśnienie:** Tak.

#### **Pytanie dot. zadania 20**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,1 pozycji 1,2 pozycji 1,3 oraz pozycji 2 z Pakietu nr 20 i stworzy osobny pakiet?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

#### **Pytanie dot. zadania 20 poz.1,1**

Czy Zamawiający dopuści Onco Flow – system do infuzji centralnych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10. Zestaw OncoFlow zawiera: kołec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawcze 20-kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również

str. 4 z 13

regulator przepływu Dosi-Flow 10, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 2 dodatkowe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 20, poz. 1,2**

Czy Zamawiający dopuści Onco Flow- system do infuzji centralnych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10. Zestaw Onco Flow zawiera kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawcze 20 – kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi – Flow 10, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer – Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw Onco Flow zawiera 2 dodatkowe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 20 poz. 1,3**

Czy Zamawiający dopuści Onco Flow – system do infuzji centralnych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10. Zestaw Onco Flow zawiera: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektor Luer- Lock, pojemniki wyrównawcze 20- kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi- Flow 10, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw Onco Flow zawiera 4 dodatkowe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 20 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści Onco Flow – system do infuzji centralnych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10. Zestaw OncoFlow zawiera: kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektor Luer – Lock, pojemniki wyrównawcze 20 – kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi – Flow 10, bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer – Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera 2 dodatkowe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 20**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestawy, w których zacisk rolkowy nie posiada miejsca na kolec?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 20**

Czy w związku wymogiem zaoferowania zestawu bursztynowego Zamawiający w pozycji 1 oczekuje zestawu, który w części toru posiadającej kontakt z lekiem nie będzie zawierał elementów przezroczystych, stwarzających ryzyko uszkodzenia leku światłoczułego?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.



**Pytanie dot. zadania 24**

Prosimy o sprecyzowanie czy możliwość stosowania zaofiarowanych strzykawkę z lekami cytostatycznymi ma być potwierdzona oświadczeniem producenta w/w strzykawkę dołączonym do oferty?

**Wyjaśnienie:** Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 24**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową typu luer – lock 50 ( 60 ) ml, pakowaną po 85 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym czyli 118 pełnych opakowań.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 24**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową typu luer lock 20 ml pakowaną po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym 170 op.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 25:**

Z jakim źródłem światła powinna być kompatybilna oferowana rurka sigmoidoskopowa.

**Wyjaśnienie:** Rurka sigmoidoskopowa powinna być kompatybilna ze źródłem światła BOB PRECOPTIC.

**Pytanie dot. zadania 27:**

Z iloma odprowadzeniami ma być oferowany zamknięty system?

**Wyjaśnienie:** Z 3 odprowadzeniami zakończonymi portami bezigłowymi.

**Pytanie dot. zadania 27 poz. 1**

Czy zamawiający ma na myśli system bezigłowy z jednym drenem?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający ma na myśli system bezigłowy z trzema drenami.

**Pytanie dot. zadania 27 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści system bezigłowy z drenem, o długości całego systemu 9,5 cm? To znaczy dren plus zawór mają łącznie 9,5 cm długości. Długość samego drenu wynosi 3 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 27 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści system bezigłowy z drenem wykonanym z poliuretanu, średnica wewnętrzna 1,1 mm, średnica zewnętrzna 2,35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Wyjaśnienie:** Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 27 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści system bezigłowy praktycznie bez przestrzeni martwej ( tzn. bez przestrzeni trudnej do wypłukania, czyli w zaworze nie pozostają resztki leku). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Wiązący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy o przepływie 167 ml/min? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy ilości aktywacji: 500 - do 7 dni.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 27**

Prosimy o doprecyzowanie ile drenów (linii infuzyjnych) powinien zawierać system?

**Wyjaśnienie:** System bezigłowy z trzema drenami.

**Pytanie dot. zadania 27**

Czy Zamawiający dopuści system różniący się względem SIWZ:

- długości drenu 10 cm
- średnica wewnętrzna 1mm
- szybkość przepływu 350 ml/min, ilość aktywacji 400
- przestrzeń martwa 0,6 ml?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 27 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji zamknięty system bezigłowy dostępu naczyniowego z drenem o długości 10cm.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 28 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'75 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 33 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej jednorazowego użytku, typ Miller dla rozm. 00 oraz typ Macintosh dla rozm. 0,1,2,3,4, nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej z mocowaniem światłowodu zatopionym w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376, kompatybilna z rękojeścią w standardzie ISO 7376, wytrzymały zatrzask kulkowy, światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, nieosłonięty, wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), opakowanie folia-folia.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 33. poz. 3**

Wymagania, jakie postawił Zamawiający, stoją w sprzeczności z zasadami wolnej konkurencji, które są podstawą i celem organizowania przetargu publicznego. Ustawa wyraźnie mówi: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.” (art. 29.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz, „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców” ( art.7. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ). Zgodnie z wyrokiem

str. 8 z 13

KIO – sygn. akt. UZP/ZO/0-2098/03. Sygn. Akt. KIO/UZP33/07, Zamawiający powinien unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które by wskazywały na konkretny wyrób albo na konkretnego wykonawcę. Nie można więc mówić o jednakowym traktowaniu wszystkich oferentów lub zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że opis przedmiotu jednoznacznie wskazuje na jeden, konkretny produkt w powyższym zakresie (opatentowana technologia podwójnego światła), prosimy o podzielenie powyższego pakietu. Zamawiający w sposób znaczny ograniczył możliwość złożenia ofert innym wykonawcom. Obecny opis przedmiotu zamówienia naraża Zamawiającego na nieuzasadnione koszty i nie spełnia podstawowych założeń ustawy o zamówieniach publicznych, której celem jest zapewnienie gospodarności wydatkowania środków publicznych, co ma także potwierdzenie w wynikach kontroli NIK (LKA – 41043-08, nr ewid. 17/2010/P/08/173/LKA). W związku z powyższym, mając na uwadze zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz środki publiczne, którymi dysponuje Zamawiający.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZP decyzja co do podziału zamówienia na określoną ilość części należy do zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, jednakże jego swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Należy zatem badać czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i na ile części) nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

W przedmiotowym postępowaniu konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów (zawłaszcza przedsiębiorców małych i średnich), umożliwia złożenie tylko jednej oferty (konkretnego wykonawcy – firmy Medicavera, co ma swoje potwierdzenie w opisie przedmiotu zamówienia) i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie jaki jest cel organizowania postępowania przetargowego, skoro wybór wykonawcy określony jest na etapie tworzenia SIWZ a przeprowadzenie przetargu w tym zakresie jest zbędne.

**Wyjaśnienie:** Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 33. **Zmiana polega na podziale dotychczasowego zadania nr 33 na dwa odrębne zadania – nr 33A i nr 33 B. Obowiązujący po zmianie opis przedmiotu zamówienia w tych zadaniach odzwierciedlają załączone do niniejszych wyjaśnień formularze cenowe zadań nr 33A i nr 33B.**

**Wymagana wysokość wadium: w zadaniu nr 33A 1 090,00 złotych, w zadaniu 33B 10,00 złotych.**

### **Pytanie dot. zadania 33**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów nie pochodzących od jednego producenta co umożliwi Zamawiającemu wybranie najkorzystniejszej oferty.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia po zmianie treści SIWZ wprowadzonej powyżej (podział na zadanie 33A i 33B).

### **Pytanie dot. zadania 34**

Czy Zamawiający dopuszcza prowadnice pakowane po 5 sztuk spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 36:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w zadaniu 36 oferty na w pełni kompatybilne klipsy z opisaną w SIWZ klipsownicą o wymiarach: wysokość klipsa otwartego 7,8mm i 9,0mm zamkniętego?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 38 poz. 1 :**

Prosimy dopuszczenie zestawu uniwersalnego z końcówką ENFit (bez adaptera przejściowego ENLock opisanego w SIWZ), z uwagi na zaprzestanie sprzedaży.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 39 poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści zgłębnik typu Flocare PUR z poliuretanu z przezroczystym paskiem, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 39 poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści zgłębnik o długości 130 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 41**

Czy Zamawiający dopuści żel znieczulający o pojemności 5ml, z przeliczeniem zamawianej ilości ?

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie dot. zadania 41**

Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie dot. zadania 41**

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 41**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 41**

Czy Zamawiający oczekuje, aby żel nie zawierał parabenów ( Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate), które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 41**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako produkt równoważnego, sterylnego żelu nawilżającego zawierającego w swoim składzie środek znieczulający – lidokainę 2% i środek antybakteryjny – chlorheksydynę 0,05% w ampułkostrzykawce o pojemności 6ml.

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ.

**Pytanie dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

**Wyjaśnienie:** Nie wymaga.

**Pytanie dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

**Wyjaśnienie:**

Nie wymaga.

**Pytanie dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

**Wyjaśnienie:** Niezbędne wymagania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

**Wyjaśnienie:** Niezbędne wymagania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

**Wyjaśnienie:** Niezbędne wymagania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie dot. SIWZ**

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawkę na terenie Polski.

**Wyjaśnienie:** Niezbędne wymagania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Wyjaśnienie:** Niezbędne wymagania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

**Wyjaśnienie:** Niezbędne wymagania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie dot. SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi.

**Wyjaśnienie:** Niezbędne wymagania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie dot. wzoru umowy**

Czy poprzez zapis §9 ustęp 4 projektu umowy Zamawiający ma na myśli, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby medyczne zgodzi się na zastosowanie zasady, że zmianie ulegają jedynie ceny brutto i wartości brutto zaoferowanych wyrobów i zadań, natomiast ceny netto i wartość netto wyrobów i zadań

str. 12 z 13

pozostaną bez zmian?

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ i obowiązujące przepisy.

**Pytanie dot. wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust.1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- 1) W przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.
- 2) W przypadku oczekiwania przez Kupującego na wymianę towarów wadliwych na zgodny z zamówieniem i wolny od wad ponad termin określony umową – w wysokości 0,2% wartości brutto zareklamowanych towarów, za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert, a także termin wniesienia wadium. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert - 16 sierpnia 2017r. godz. 11:00;
- termin otwarcia ofert - 16 sierpnia 2017r. godz. 12:00;
- termin wniesienia wadium - 16 sierpnia 2017r. godz. 11:00.

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ str. 11 dotyczącą oznakowania koperty zawierającej ofertę. Koperta powinna być oznakowana: „Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu medycznego. Nie otwierać przed **16 sierpnia 2017r. godz. 12:00.**

Zastępca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II 10  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec