

Zamość, dnia 31 grudnia 2019 r.



AG.ZP.3320.87.14687.19

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UK/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek mechanicznych, zastawek biologicznych, protez aorty wstępującej z mechaniczną zastawką aortalną, pierścieni do plastyki zastawki trójdzielnej i mitralnej, protez aorty oraz zastawek aortalnych wprowadzanych drogą przezcewnikową (TAVI) dla Oddziału Kardiochirurgii.

Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 6

Czy Zamawiający będzie wymagał protezy tkanej niewymagającej nasączenia roztworem soli fizjologicznej przez wszczepieniem do pacjenta?

Wyjaśnienie: Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. zadania nr 6

Czy Zamawiający będzie wymagał protez impregnowanych kolagenem?

Wyjaśnienie: Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 6 protezy o długości 30 cm dla średnicy 36 mm lub zamiast protezy o średnicy 36 mm protezę o średnicy 38 mm o długości 20 cm.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza jedynie protezę 36 mm o długości 30 cm, a nie protezę o średnicy 38 mm zamiast średnicy 36 mm.

Pytanie dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 12 w miejsce pierwotnych parametrów protez uszczelnionych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym o grubości ściany 0,32 mm, w rozmiarze od 20 mm do 34 mm.

Wyjaśnienie: Nie, wiążące są zapisy SIWZ.



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIENTA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu