

Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1

L.P.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1	1.Bluza chirurgiczna w kolorze niebieskim, granatowym oraz zielonym w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, XXXL. Wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze min. 125g/m ² lub z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze min. 130 g/m ² . Wymagana tkanina o dużej oddychalności, wytrzymałości, chłonności oraz niskiego stopnia kurczliwości max 3%. Temperatura prania do 70°C. Suszenie w suszarkach bębnowych. Rozmiary znaczone kolorami wyrób spełniający normę PN-EN 13795 Bluza-krótki rękaw, dekol w szpic bez założenia, kieszonka w lewym górnym rogu, dwie kieszenie dolne	SZT	700
2	2.Spodnie chirurgiczne w kolorze niebieskim, granatowym oraz zielonym w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, XXXL wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze min 125g/m ² lub z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego o gramaturze min. 130 g/ m ² . Wymagana tkanina o dużej oddychalności, wytrzymałości, chłonności oraz niskiego stopnia kurczliwości max 3%. Temperatura prania do 70°C. Suszenie w suszarkach bębnowych. Rozmiary znaczone kolorami wyrób spełniający normę PN-EN 13795 Spodnie- bez kieszeni, wiązane w pasie.	SZT	700
3	3.Fartuch operacyjny wykonany z medycznej bawełny, przód wzmacniany podwójnie tkaniną, rękaw do łokcia wzmacniany podwójnie tkaniną zakończony bawełnianym ściągaczem, wiązany na zakładkę z tyłu, w kolorze zielonym, w rozmiarach XL oraz XXL	SZT	200

ZADANIE 2

L.P.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1	1.Prześcieradło operacyjne w kolorze niebieskim i zielonym, rozmiar 150 cm x 200 cm. Prześcieradło chirurgiczne wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgla węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160g/m ² . Zawartość bawełny minimum 70%.Prześcieradło zgodne z normą PN-EN 13795	SZT	530
2	2.Serweta operacyjna- w kolorze niebieskim i zielonym, rozmiar 75cmx90cm. . Serweta chirurgiczna wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgla węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160g/m ² . Zawartość bawełny minimum 70%.Prześcieradło zgodne z normą PN-EN 13795	SZT	1000
3	3.Serweta operacyjna- w rozmiarze 100cmx150cm z otworem okrągłym o średnicy od 9 cm- 10cm. Serweta chirurgiczna wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węgla węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160g/m ² . Zawartość bawełny minimum 70%.Prześcieradło zgodne z normą PN-EN 13795	SZT	60

ZADANIE 3

L.P	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1	<p>Zestaw obłożenia do zabiegów endowaskularnych CUN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● zestaw owinięty w serwetę na stół instrumentalny: serweta o wymiarze nie mniejszym niż 250 x 200 cm .Prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z para przepuszczalnego nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozrywanie w stanie mokrym i suchym o wymiarze pasującym do wielkości stołu 3,5 metra z dwoma otworami w pachwinach otoczonymi taśmą lepnią i przezroczystą folią wzdłuż długiego brzegu prześcieradła po prawej stronie pacjenta pozwalającą na widoczność panelu sterowniczego. ● dwa fartuchy w rozmiarze XL. ● przezroczysta osłona foliowa pasująca na aparat rtg o wymiarach 85 x 90 cm z elastyczną krawędzią -1szt. ● skalpel nr 11-1szt ● miseczki 5szt.: 1 x 0,15 litra (w innym kolorze niż pozostałe miseczki), 1 x 0,25 litra, 2 x 0,5 litra, 2,5 litra z wewnętrznymi uchwytami zapobiegającymi wysuwaniu się złożonego przewodnika. Miseczki ze sztywnego tworzywa, niepodatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu. ● gaziki bawełniane minimum ośmiowarstwowe 7.5 x 7.5 cm -40szt. ● strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką Luer-lock, wyposażoną w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, przezroczysty cylinder 10 ml-1szt. ● strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer-Lock 2 ml-2szt. ● strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer-Lock 10 ml -3szt. ● strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem typu Luer-Lock 20 ml -2szt. ● igła 0.6 mm -1szt. ● dren wysokociśnieniowy ,elastyczny zakończony ruchomą końcówką Luer-Lock, długość 200-250 cm. Pakowany oddzielnie na jałowo. ● osłona foliowa pasująca na uchwyt pod monitorami o wymiarach (długość/wysokość/szerokość)200/30 cm-1szt. ● kranik wysokociśnieniowy z drenem 10 cm, trójdrożny, rotowalna końcówka-1szt. ● przedłużki do kroplówek 150 cm-2szt. ● zestaw do przetoczeń płynów -1szt. ● Y-connector z zastawką -3szt.(każdy osobno pakowany) ● plastikowe kleszczyki-1szt. ● wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon. 	SZT	90

	<ul style="list-style-type: none">• prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną.• serweta absorbująca.• zestaw po rozpakowaniu i otwarciu gotowy do użycia.		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--