



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 15 marca 2017r.

AG.ZP.3320.14. .17

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę stentgraftów aortalnych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści również w części pierwszej „stentgraft do aorty brzusznej z mocowaniem nadnerkowym” stentgraft niskoprofilowy:

- 9 modułowy system złożony z body z nogami oraz dwie nóżki – paliateralne i kontralateralne
- niskoprofilowy system wprowadzający o średnicy 14 F dla body i 12 F dla nóżki kontralateralnej
- system posiada integrowaną koszulkę hydrofilną, zbrojoną
- stentgraft zbudowany z nitynolowego endoszkieletu o segmentowej budowie, segmenty graftu wykonane z jednolitego fragmentu (wycięte laserowo)
- stentgraft posiada pokrycie dacronowe
- stentgraft w górnej części body posiadający haki minimum 8 sztuk do mocowania nad poziomem tętnic nerkowych
- zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm
- markery tantalowe oraz kobaltowo – chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie stentgraftu
- możliwość wykonania „in-situ sizing” na obydwu nogach body
- w zestawie balon do modelowania, 2 sztywne przewodniki oraz koszulka do wprowadzania nóżki kontralateralnej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia w SIWZ jest wiążący.

Pytanie 2

Prosimy o wyłączenie pierwszej części pakietu co umożliwi nam złożenie oferty a zamawiającemu pozwoli wybrać najbardziej korzystną ofertę?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody, opis przedmiotu zamówienia w SIWZ jest wiążący.

Mgr inż. Bernarda Petryk
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524