

**„Dostawa bielizny jednorazowego użytku
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Zestawy do angiografii promieniowo-udowej -80 zestawów

Zestaw do angiografii promieniowo-udowej: serweta papierowa do owinięcia zestawu-1szt, strzykawka 5ml Luer-lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem-1szt, strzykawka 10ml Luer-lock z gumowym tłokiem-2szt, strzykawka 20 ml Luer-lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem-2szt, igła iniekcyjna 1,2x40-1szt, igła iniekcyjna 0,7x30-1szt, miska plastik 250 ml-1szt, miska plastik 500 ml-1 szt, miska plastikowa 1000 ml z rantem w środku-1 szt, rampa dwudrożna-2 szt, zestaw do podawania płynów 180 cm (minimum)-1 szt, osłona przylepna na monitor- 2szt, serweta na stół instrumentariuszki 150x200 cm 1 szt, torba ze ściągaczem do rtg średnica 91 cm 1szt, torba ze ściągaczem do rtg średnica 116 cm -1 szt, serweta do angiografii wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 40 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w dodatkową warstwę chłonną w rozmiarze 140x 150 o gramaturze min 85 g/m² z 2 otworami owalnymi 12 x 7,6 cm oraz 2 otworami okrągłymi o średnicy 12,7 cm – 1 szt. Po obu stronach serweta zintegrowana z przezroczystą osłoną na pulpit sterowniczy. Całkowity rozmiar serwety wraz z osłonami na pulpit 240x380 cm fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozmiar L-1szt., fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozm.XL-2szt, plastikowe klemy zaciskające do łapania obłożeń-2szt, pean plastikowy-2szt, ostrze z trzonkiem nr 11-1szt.

Zadanie nr 2 –Sterylny zestaw obłożeń do operacji sercowo-naczyniowych – 140 zestawów

Sterylny zestaw do chirurgii sercowo-naczyniowych-
skład zestawu:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

2 serwety na stół Mayo 80 cm x 145 cm

2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9 cm x 50 cm

2 pokrowce na stopy typu bucik 37,5 cm x 24 cm

1 serweta operacyjna 150 cm x 180 cm

2 jednokomorowe kieszenie samoprzylepne

1 serweta operacyjna wzmocniona typu pampers 175 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 20 cm x 100 cm ze zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów

i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

1 serweta wzmocniona do chirurgii naczyniowo - sercowej w kształcie litery "T" 300/225 cm x 370 cm z otworem 38 cm x 40 cm wypełnionym folią operacyjną z dwoma zintegrowanymi foliowymi

dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwiema dodatkowymi

umieszczonymi w obrębie ekranu anestezyjologicznego foliowymi jednokomorowymi kieszeniami na narzędzia i 5 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m² (+/-0,5g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m² (+/-0,5g/m²) Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.Odporność na działanie wiązki laserowej P4_21 zgodnie z Norma DIN EN ISO 11810- 1. I klasa palności zgodnie z Normą CFR 1610. Absorpcja cieczy min. 475 ml /m² zgodnie z normą EN 9073 - 6 .Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności ,oraz dane adresowe producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.