



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 28.09.2021r.

AIK 2121.1.100.2021

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na zakup i wymianę cewki Sense XL TORSO COIL 1,5T Mk2 wraz z pasami mocującymi w rezonansie magnetycznym Achieva Nova Dual 1,5T prod. Philips wpłynęły następujące pytania:

Poniżej treść pytań i odpowiedzi

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o informację czy Wykonawca dokonujący dostawy i wymiany cewki, będzie zobowiązany do zabrania zużytej i uszkodzonej cewki, czy też Zamawiający nie posiada takiej. Wskazujemy, iż wariant w którym części wymienione zużyte lub uszkodzone przechodzą na własność Wykonawcy prowadzi do znacznego obniżenia kosztów zakupu części dla Zamawiającego. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.09.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze zużytą i uszkodzoną cewkę Wykonawcy dokonującemu dostawy i wymiany cewki. Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 30.09.2021 r. godzina 11.00

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do poprzedniego zapytania, w przypadku braku możliwości zmiany terminu składania ofert na 30.09 br. oraz w związku z brakiem możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie godziny składania ofert z 11.00 na 13.00. Firma kurierska gwarantuje czas dostawy do godziny 12.00.

Odpowiedź:

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 30.09.2021 r. godzina 11.00.

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez wysłanie jej na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Pozytywna odpowiedź korzystnie wpłynie na wzrost konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w chwili wymiany na nową, dotychczas używana cewka zostanie oddana serwisantowi.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze zużytą i uszkodzoną cewkę Wykonawcy dokonującemu dostawy i wymiany cewki.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu