

Zamość, dnia 29 maja 2020 r.



AG.ZP.3320. 36. .20

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę defibrylatorów i elektrod dla potrzeb Pracowni Wszczepiania Stymulatorów**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Certyfikat nr 51705/B/0001/LK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/LK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/LK/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/LK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/LK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/LK/Po

ISO 22000:2005

**Pytanie dot. zadania 1:**

Pytanie nr 1 dot. Zadanie 1 (parametry oceniane)

- czas pracy: - >8 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms 2 pkt

- > 10 lat przy 100% stymulacji 2,5V 500 ohm 60/min 0,4ms 5 pkt

Czy zamawiający miał na myśli we wspomnianym parametrze 100% stymulację BiV?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterowalnej elektrody do zatoki wieńcowej o średnicy 6F, przy zachowaniu wszystkich wymaganych w siwz parametrów ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 1:**

Czy Zamawiający, dopuści urządzenie nie MRI w konfiguracji DF4 IS1 LV: IS1 ale MRI w konfiguracji DF4 IS1 LV:IS4?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający dopuści sterowalną elektrofizjologiczną elektrodę do zatoki wieńcowej w rozmiarze 6F?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający dopuści sterowalną elektrofizjologiczną elektrodę do zatoki wieńcowej wymagającą zastosowania łącznika z „pinami”?

**Wyjaśnienie:** Tak, pod warunkiem spełnienia wymogu 1 : 1.

**Pytanie dot. zadania 3:**

Czy Zamawiający w zadaniu 3 dopuści sterowalną elektrofizjologiczną elektrodę do mapowania zatoki wieńcowej o średnicy 6F, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

**Wyjaśnienie:** Tak.

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marta Węgrzyn – Bąk



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu