



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 2016-04-27



URS is a member of Register of Standards Holding Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/AJK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AJK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AOT-İK 2121.1.39.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na naprawę i przegląd tomografu komputerowego LightSpeed VCT 64 prod. GE Medical Systems.

wpłynęły następujące pytania:

Poniżej treść pytania i odpowiedź

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy zawarł warunek objęcia gwarancją systemu po przeglądzie. W związku z tym, iż przegląd techniczny jest czynnością jednorazową stwierdzającą stan faktyczny urządzenia zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego zapisu z umowy par 7

„Wykonawca udziela gwarancji na usługę serwisową”

W trakcie czynności przeglądu procedura nie przewiduje wymiany części istotnych z punktu widzenia urządzenia. W związku z powyższym nie możemy gwarantować, iż tomograf nie ulegnie awarii w późniejszym czasie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do opisu przedmiotu zamówienia. Gwarancja na usługę serwisową odnosi się do wymiany uszkodzonego transformatora wysokiego napięcia HV TANK

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec