



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 2016-06-08



URS is a member of Register of Standards Holding Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/AJK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AJK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AOT.IK 2121.2.50.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na wykonanie rocznego przeglądu okresowego myjni termodezynfektora ETD-2 plus prod. Olympus wpłynęły następujące pytania:

Poniżej treść pytania i odpowiedź

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy paragraf 1; pkt 1: „Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądu myjni ETD2 Plus nr: 6236 prod. Olympus w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy i dopisanie punktu 5 do paragrafu 1 o następującym brzmieniu: „W przypadku wystąpienia konieczności naprawy niemożliwej do przewidzenia na etapie sporządzania wyceny przeglądu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odrębną ofertę.

W/w usługa będzie wykonana na podstawie odrębnego zlecenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy i dopisanie punktu 5 do paragrafu 1 o następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od usługi w przypadku braku dostępności części zamiennych”.

Prośba spowodowana jest zaprzestaniem produkcji części od dnia 30.03.2015. O ile Podzespoły konieczne do wykonania usługi na dzień dzisiejszy są dostępne na magazynie, o tyle w przypadku konieczności wymiany części nie ujętych w wycenie początkowej, Olympus Polska może zagwarantować możliwość wymiany dodatkowych podzespołów jedynie w przypadku dostępności na magazynie dostawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby serwis wykonujący naprawę posiadał certyfikat uprawniający do wykonywania czynności serwisowych wydany przez producenta sprzętu (autoryzację)?

Odpowiedź: Wymogi Zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty pkt 1.3.4 i 1.3.5

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez producenta sprzętu ?

Odpowiedź: Nie

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek