



## Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.37.21

Zamość, dnia 30 czerwca 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę podstawowego sprzętu angiograficznego**. Poniżej podajemy treść pytania:

### **Pytanie dot. zadania 17:**

„Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie ilości poszczególnych produktów zapotrzebowanych w pakiecie 17, jako że zestawy wkładów do wstrzykiwacza Mark V ProVis i Mark VII Arterion stanowią odrębne, różniące się produkty i nie mogą być stosowane zamiennie przy użytkowaniu dwóch wyżej wymienionych wstrzykiwaczy kontrastu”.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 187 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 17.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia:

- wkłady pasujące do strzykawki automatycznej Marc VII ProVis producent Medrad oraz Marc VII Arterion
- wkłady o objętości 150 ml

otrzymuje następujące brzmienie:

- wkłady pasujące do strzykawki automatycznej Marc VII Arterion producent Medrad
- wkłady o objętości 150 ml

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu