



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 1.09.2016r

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005

AG.Z.2150.40.1. .2016

dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę lamp zabiegowych diodowych wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedzi :

1.Czy Zamawiający dopuści czaszę lampy wyposażoną w jeden uchwyt do pozycjonowania lampy ?

2.Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu 65 000 lux,współczynniku CRI odwzorowania barw Ra wynoszącym 95,wielkość plamy świetlnej 12-23 cm,średnicy czaszy lampy 220 mm. czaszy lampy umiejscowionej na systemie dwóch ramion o długości łącznej 800+720 mm?

3.Czy Zamawiający nie pomylił się w terminie realizacji zamówienia?.Trudna do wykonania jest realizacja zamówienia w czasie 2 dni od momentu podpisania umowy. Prosimy o wydłużenie.

Odpowiedz :

Zgodnie z opisem do zaproszenia .

Z poważaniem

*Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek. med. Marek Lipiec*



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524