



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 23 czerwca 2016 r.

AG.ZP.3320.38. .16

## Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów wszczepialnych, elektrod i zestawów wprowadzających. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

### **Pytanie dot. zadania 1:**

Czy zamawiający dopuści urządzenia niekompatybilne z MRI?

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dot. zadania 1:**

1. Proszę zamawiającego o informację czy w zadaniu 1, stymulatory resynchronizujące komorowe, omyłkowo nie znalazł się w warunkach wymaganych parametr „elektroda defibrylująca jednokoilowa”?

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o klaryfikację warunku wymaganego „elektroda defibrylująca jednokoilowa” w zadaniu 1 – stymulatory resynchronizujące komorowe DDDBiV MRI z kompletem elektrod.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zostaje zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 1 poprzez wykreślenie z Warunków wymaganych wymogu „elektroda defibrylująca jednokoilowa”. Pozostałe Warunki wymagane nie ulegają zmianie.

### **Pytanie dot. zadania 3 i 4:**

Czy zamawiający dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dot. zadania 5 i 6:**

Czy zamawiający dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dot. zadania 3:**

Czy zamawiający w zadaniu 3 – ICD jednojamowym DF-1 bez elektrod uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem stymulatorów?

**Wyjaśnienie:** Tak.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPRZEŻDZENIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie dot. zadania 4:**

Czy zamawiający w zadaniu 4 – ICD jednojamowym DF-4 z elektrodą uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem stymulatorów?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Czy zamawiający w zadaniu 5 – ICD dwujamowym DF-1 bez elektrod uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem stymulatorów?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 6:**

Czy zamawiający w zadaniu 6 – ICD dwujamowym DF-4 z kompletem elektrod uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem stymulatorów?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 7:**

Czy zamawiający w zadaniu 7 – defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD DF-1 bez elektrod uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem stymulatorów?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 8:**

Czy zamawiający w zadaniu 8 – defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD DF-4 z kompletem elektrod uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem stymulatorów?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 9:**

Czy zamawiający w zadaniu 9 – defibrylator z funkcją resynchronizacji CRTD DF-4 z kompletem elektrod i elektrodą LV czteropolową uzna za równoważne zamiast stymulacji antyarytmicznej podczas ładowania kondensatorów – stymulację antyarytmiczną przed ładowaniem stymulatorów?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu (dot. § 1 ust. 2)?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 1:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §7 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 1:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

1) w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z §2 ust. 1 za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto ww. sprzętu.

2) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 1:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (§12 ust. 3).

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w §5 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”?

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §7 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy nr 2:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (§10 ust. 3).

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec