



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 12 października 2016 r.

AG.ZP.3320.59. .16

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę części i akcesoriów do aparatury medycznej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1 poz. 1: Prosimy o podanie nr kat. kabla głównego posiadanego w aparacie Page Writer M1702A.

Wyjaśnienie: Komplet odprowadzeń współpracuje z modułem pacjenta M1700-69501.

Pytanie dot. zadania 2 poz. 8: Czy w defibrylatorze Lifepak 20 zamawiający posiada gniazdo 12 pin?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3 poz. 5: Prosimy o podanie technologii w jakiej mają być wykonane czujniki w w/w technologii.

Wyjaśnienie: W technologii Mindray.

Pytanie dot. zadania 4 poz. 4: Czy zamawiający dopuści przewód o dł. 3 m?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6 poz. 5: Prosimy o podanie numeru katalogowego czujnika tlenu obecnie stosowanego w szpitalu, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego.

Wyjaśnienie: Czujnik typu Envitec OOM202.

Pytanie dot. zadania 6 poz. 6: Prosimy o podanie numeru katalogowego czujnika tlenu obecnie stosowanego w szpitalu, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego.

Wyjaśnienie: Czujnik typu Nuova E-16/0.

Pytanie dot. zadania 6 poz. 7: Prosimy o podanie numeru katalogowego czujnika tlenu obecnie stosowanego w szpitalu, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego.

Wyjaśnienie: Czujnik typu MOX-3.

Pytanie dot. zadania 6: Jako autoryzowany dystrybutor akcesoriów GE prosimy zamawiającego o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRAWY CHIRURGA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. zadania 8 poz. 4 i 5: Prosimy o wyjaśnienie co oznacza wymóg „bez przewodnicy”?

Wyjaśnienie: Bez trzpienia prowadzącego między branszami pęsety.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 6: Prosimy o odstąpienie od wymogu kabla o dł. maks. 0,4 m i dopuszczenie elektrody, która posiada wbudowane gniazda do wpięcia kabla połączeniowego wielorazowego.

Czy zamawiający wymaga elektrody dwupłytkowej, współpracującej z systemem kontroli przylegania?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 9: Prosimy o dopuszczenie dł. 10 cm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ..

Pytanie dot. zadania 8 poz. 10: Czy zamawiający wymaga przejściówki do elektrody 2,4 mm?

Prosimy o dopuszczenie dł. 9 cm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 1, 2: Czy zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody monopolarnej, szeroki z dwoma przyciskami z nierozłącznym kablem o dł. 4 m?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 4: Czy zamawiający dopuści do zaferowania pęsetę bipolarną prostą dł. 22 cm, końcówka 2 mm z przewodnicą?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 5: Czy zamawiający dopuści do zaferowania pęsetę bipolarną prostą dł. 19,5 cm, końcówka 1 mm z przewodnicą?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 6: Czy zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną wielorazowego użytku z kablem o dł. 0,5 m?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 9: Czy zamawiający dopuści do zaferowania przedłużkę elektrody monopolarnej o dł. 10 cm, do trzonka o średnicy 4 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8 poz. 10: Czy zamawiający dopuści do zaferowania przedłużkę elektrody monopolarnej o dł. 10 cm, do trzonka o średnicy 2,4 mm?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1 i 2: Prosimy o dopuszczenie dł. 19,5 cm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie końcówki 1,00 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie końcówki 0,6 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę bipolarną bagnetową dł. 19,5 cm, końcówka 1 mm z przewodnicą z powłoką nieprzywierającą?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 2: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę bipolarną bagnetową dł. 19,5 cm, końcówka 1 mm z przewodnicą z powłoką nieprzywierającą?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1: Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pęsetę z końcówkami 1,00 mm spełniającą wszystkie inne wymagania w 100%?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1: Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pęsetę z końcówkami 2,00 mm spełniającą wszystkie inne wymagania w 100%?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 2: Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pęsetę z końcówkami 0,6 mm spełniającą wszystkie inne wymagania w 100%?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 17: Czy zamawiający wymaga aby na wyposażeniu ciśnieniomierza był w zestawie mankiety?

Wyjaśnienie: Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. zadania 17: Czy zamawiający wymaga aby ciśnieniomierz posiadał min. 5 lat gwarancji na kalibrację, potwierdzoną pisemnym dokumentem od producenta?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 17: Czy zamawiający wymaga obrotowego łącznika przewodu z mankiety, który zmniejsza naprężenia przewodów mankiety, zwiększając trwałość mankiety oraz poprawiając komfort pacjenta?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 20 Poz. 2: czy chodzi o żarówkę o oznaczeniu ELC 64653? Jeśli nie, proszę o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie: W/w żarówka spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie dot. zadania 20 Poz. 3: czy chodzi o żarówkę o oznaczeniu FCS 64640? Jeśli nie, proszę o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie: W/w żarówka spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie dot. zadania 20 Poz. 4: czy chodzi o żarówkę o oznaczeniu 64638? Jeśli nie, proszę o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie: W/w żarówka spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie dot. zadania 20 Poz. 6: czy chodzi o żarówkę o oznaczeniu EFR 64634? Jeśli nie, proszę o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie: W/w żarówka spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie dot. zadania 20 Poz. 7: czy chodzi o żarówkę o oznaczeniu BRJ 64633? Jeśli nie, proszę o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie: W/w żarówka spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie dot. zadania 20 Poz. 8: czy chodzi o żarówkę o oznaczeniu EVA 64623? Jeśli nie, proszę o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie: W/w żarówka spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie dot. zadania 20 Poz. 11: czy chodzi o żarówkę o oznaczeniu EFP 64627? Jeśli nie, proszę o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie: W/w żarówka spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie dot. zadania 20 Poz. 12: czy chodzi o żarówkę o oznaczeniu ESB 64250? Jeśli nie, proszę o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie: W/w żarówka spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie dot. zadania 20 Poz. 13: czy chodzi o żarówkę o oznaczeniu 5761 PHILIPS? Jeśli nie, proszę o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie: W/w żarówka spełnia wymagania zamawiającego.

Pytanie: Prosimy zamawiającego o wydzielenie z zadania 1 poz. 6 i z zadania 4 poz. 3 do osobnego pakietu z jednoczesnym dopuszczeniem w zad. 4 poz. 3 oryginalnego mankietu tego samego producenta co wskazany monitor.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie: Proponujemy połączenie akcesoriów jednego producenta GE w jednym zadaniu, co pozwoli na złożenie jakościowej i konkurencyjnej cenowo oferty: zadanie 5, zadanie 1 poz. 6, zadanie 4 poz. 3, zadanie 6 poz. 1.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pierwszego zdania §3 ust. 1 wzoru umowy na następujący: „Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji kiedy opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni (...)”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę i dostosowanie do zapisu §4 ust. 7 wzoru umowy, zapisu §10 ust. 3 tiret 3 wzoru umowy na następujący: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia ceny jednostkowej netto”?

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 10 ust. 3 poprzez wykreślenie tiretu 3.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
lek. med. Marek Lipiec