

Zamość, dnia 3 czerwca 2016 r.

AG.ZP.3320.39. .16

dotyczy: **wyjaśnienia treści SIWZ.**

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek zwijalnych dla Oddziału Okulistycznego. Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej: Jednocześnieowa, sferyczna, akrylowa, hydrofobowa, kompatybilna z laserem YAG, średnica całkowita 13 mm, średnica optyczna 6 mm, ukątowanie części haptycznej 0 stopni, uwodnienie < 1%. Zakres mocy optycznej od 0,00 D do + 40,0D. Dołączony jednorazowy injector + kartridż od cięcia 2,4 mm. Dwuwypukła część optyczna i mocujące części haptyczne, z kwadratową krawędzią, filtr UV?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. wzoru umowy /§ 11 ust. 3 pkt. 3/:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. projektu umowy, tak by zmianie ulegała cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto. Proponowana zmiana nie stanowi dla Wykonawcy zysku, a jedynie jest wyrazem odprowadzenia należnego podatku. Przy obecnym stanie prawnym nie jesteśmy w stanie przewidzieć ryzyka związanego ze zmianą stawki VAT, a tym samym skalkulować odpowiednio ceny. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewki o dwóch stałych A: dla mocy dodatnich oraz dla mocy ujemnych. Rozwiązanie takie gwarantuje większą dokładność w doborze mocy soczewki.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne o pojedynczej ostrej krawędzi na obwodzie części optycznej soczewki, pozostałe wymagania bez zmian.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

**Wyjaśnienie:** Tak.



URS is a member of Registrar of Standards (Polski Związek)

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu płatności do 30 dni ?

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 wzoru umowy do 0,1% wartości brutto wyrobów będących przedmiotem „banku” za każdy dzień zwłoki.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 2 wzoru umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy (§ 11 ust. 3 pkt 3) modyfikacji, zgodnie z którą w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną?

**Wyjaśnienie:** Wiążąca jest treść wzoru umowy – integralnej części SIWZ.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną o średnicy całkowitej 12,5 mm i średnicy części optycznej 6,5 mm dla zakresu mocy od – 10D do +9D oraz o średnicy całkowitej 12 mm i średnicy optycznej 6 mm dla zakresu mocy od +10D do +40D ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną o sferycznej optyce i implantacji przez cięcie 2,2 – 2,8 mm?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową o zakresie mocy od 0D do + 40D (dostępna co 0,5D) i implantacji przez cięcie 2,4 – 2,6 mm?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o poniższych parametrach:

- soczewka typu tylnokomorowego, zwijalna, akryl hydrofilny typu Hema,
- stopień uwodnienia 26%
- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki bez otworów, filtr UV
- zabezpieczenie anty PCO podwójna ostra krawędź na części optycznej – pełny obwód 360°, po dwóch stronach optyki oraz na haptkach
- średnica całkowita 12,0 mm, średnica części optycznej 5,75 mm, sferyczna
- optyka obustronnie, równomiernie wypukła, możliwość obustronnego wszczepu
- angulacja 0°
- stała A 118,0, głębokość komory przedniej 5,22 mm, stała A dla (biometria optyczna):  
Halgis:  $a_0 = 1,546$   $a_1 = 0,40$   $a_2 = 0,10$ ; SRK/T:  $A = 118,43$ ; Holladay-1:  $sf = 1,47$ ; HofferQ:  
 $pACD = 5,22$
- moduł Younga od 46,02 do 48,00
- cięcie < 2,5 mm, implantacja za pomocą jednorazowego injectora

- zakres dioptrażu od 10,0 – 30,0 D (co 0,5 D); od 30 do 36 (co 1,0 D), od -5 do 10 D (co 1,0 D); od 15,0 D do 25,0 D (co 0,25 D)
- kąt zwilżania < 90%
- soczewka wraz z jednorazowym injectorem i cardidgem, soczewka zabezpieczona w sterylnej szklanej fiolce, będącej formą wewnętrznego opakowania
- potwierdzona certyfikacja FDA

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga aby w zakresie dioptrii 15 – 25 D soczewki posiadały moc co 0,25 D?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści soczewki wewnątrzgałkowe sferyczne o średnicy optycznej 5,75 mm?

**Wyjaśnienie:** Nie.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu  
lek. med. Marek Lipiec