

**„Dostawa i montaż kabiny ciszy na potrzeby Gabinetu Protetyki Słuchu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

<b>Lp.</b>	<b>Parametry techniczne i funkcjonalne</b>	<b>Wymagania</b>	<b>Wartość oferowana</b>
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, 2023 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Kabina ciszy do badań audiometrycznych	TAK	
3.	Wymiary zewnętrzne: szerokość 120 cm (+/- 10 cm) głębokość x 120 cm (+/- 10 cm) wysokość 215 cm (+/- 10 cm)	TAK (podać)	
4.	Tłumienie akustyczne: minimum 30 dB	TAK (podać)	
5.	Okno w ścianie bocznej o wymiarach: minimum 50 cm x 50 cm	TAK	
6.	Drzwi z klamką, o wymiarach: szerokość minimum 75 cm, wysokość minimum 185 cm, otwieranie na zewnątrz, możliwość otwierania drzwi w lewo lub w prawo po uzgodnieniu z Zamawiającym podczas montażu	TAK (podać)	
7.	Oświetlenie wewnętrzne	TAK	
8.	Wentylacja minimum grawitacyjna	TAK (podać)	

<b>9.</b>	Półka na audiometr, pod oknem	TAK	
<b>10.</b>	Otwór na przewody do audiometru, pod oknem	TAK	
<b>11.</b>	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK podać	
<b>12.</b>	Dostawa i montaż kabiny ciszy do badań audiometrycznych we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego	TAK	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.