



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  
im. Papieża Jana Pawła II  
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24.02.2016r.

AG.Z.2150.44.1.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę papierów medycznych EKG, USG wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 4

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 4 papieru o rozmiarze 210mm x 280mm x 240 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj 22 ryzy?”

Odpowiedź na pytanie 1:

NIE,

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 5

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 5 papieru o rozmiarze 210mm x 25m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj 448 rolek?”

Odpowiedź na pytanie 2:

NIE,

Pytanie 3:

Dotyczy zadania nr 8

„ Prosimy o wyjaśnienie czy w zadaniu nr 8 należy zaoferować papier oryginały Sony czy zamawiający dopuszcza również papier zamiennik – papier typu UPP 110 HD?”

Odpowiedź na pytanie 3:

Zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty

Pytanie 4:

Dotyczy zadania nr 9

„ Prosimy o podanie rozmiaru papieru z zadania nr 9 tj. szerokości i długości rolki?”

Odpowiedź na pytanie 4:

50mm x 30m

Pytanie 5:

Dotyczy zadania nr 9

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 9 papieru o rozmiarze 107mm x 23m?”

Odpowiedź na pytanie 5:

NIE

AG.Z.2150.44.1.2016



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Pytanie 6:

Dotyczy zadania nr 4

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 9 papieru o rozmiarze 50mm x 30m?”

Odpowiedź na pytanie 6:

TAK

Pytanie 7:

Dotyczy zadania nr 11

„ Prosimy o podanie dokładnego rozmiaru papieru w zadaniu nr 11 tj szerokości i długości oraz ilości kartek w składance ?”

Odpowiedź na pytanie 7:

Parametry oryginalnego papieru: papier termiczny ze skalą 50-210 ud/min, wymiary 152mm x 90mm, kolor siatki czerwony

Pytanie 8:

Dotyczy zadania nr 11

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 11 papieru o rozmiarze 152mm x 90mm x 160 kartek ?”

Odpowiedź na pytanie 8:

Opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

Pytanie 9:

Dotyczy zadania nr 11

„ Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 11 papieru kompatybilnego – zamiennika oryginalnego papieru GE ?”

Odpowiedź na pytanie 9:

Opis zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty

Pytanie 10:

Dotyczy projektu umowy par. 3 ust. 2

„ Prosimy o dopuszczenie zmiany ceny brutto umowy (zarówno jej obniżenia jak i podwyższenia) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ?”

Odpowiedź na pytanie 10:

zgodnie ze wzorem umowy

Z-ca DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek med. Marek Lipiec