



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 25 kwietnia 2019 r.

AG.ZP.3320.31. .19

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę echokardiografów**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się, by aparaty podłączone były do zdalnego serwisu, co przełoży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatami?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

Echokardiograf z głowicą przezprzełykową

Pkt. 42 Zasięgowa/pozioma/regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 stref regulacyjnych
Czy Zamawiający dopuści echokardiograf z Zasięgowa/ pionowa/ regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 stref regulacyjnych? Opisany parametr jest charakterystyczny tylko dla jednego producenta.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza echokardiograf z zasięgową/ pionową/ regulacją wzmocnienia GAIN, minimum 8 stref regulacyjnych. Zamawiający poprzez zapis „Zasięgowa/ pionowa/ regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 stref regulacyjnych” rozumie regulację TGC.

Pytanie:

Ultrasonograf

Pkt. 41 Głowica sektorowa, do badań kardiologicznych dla dorosłych- min. 80 elementów tworzących obraz

Czy Zamawiający dopuści echokardiograf z głowicą sektorową z 64 elementami?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
mgr Andrzej Szewczuk



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524