



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia .... listopada 2016 r.

AG.ZP.3320.5. .16

## Dotyczy: Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty do 30 000 euro na dostawę kardiomonitörów. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytanie:** Czy zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczonego urządzenia do systemu PACS/ RIS zamawiającego na koszt wykonawcy?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:** Czy zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem PACS/ RIS na koszt wykonawcy?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:** Czy zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, na koszt wykonawcy?

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie:** Czy zamawiający wśród analiz zaburzeń rytmu EKG będzie wymagał rozpoznawania migotania przedsionków?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie:** Czy zamawiający wśród analiz zaburzeń rytmu EKG będzie wymagał rozpoznawania migotania komór?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie:** Czy zamawiający będzie wymagał monitorowania odcinka QT?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze ok. 6 kg?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający sterowanie za pomocą przycisków funkcyjnych oraz pokrętkła jednak bez ekranu dotykowego?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami wszystkich mierzonych parametrów z okresu 72 H?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający zamiast



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPRZASZCZANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

możliwości wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu zbliżoną w funkcjonalności klinicznej funkcję wyboru trybu detekcji oddechu pomiędzy standardowo działającym trybem automatycznym a trybem ręcznym? Zastosowanie ręcznego trybu detekcji oddechu w monitorowaniu pacjentów u których stosowana jest wentylacja wymuszona, bądź pacjentów o słabej akcji oddechowej skutkuje wyeliminowaniem fałszywych alarmów bezdechu.

**Wyjaśnienie:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych z wyłączeniem EKG i saturacji? Oferowany kardiomonitor umożliwia całkowite wyciszenie alarmów powyższych parametrów.

**Wyjaśnienie:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o masie (bez akcesoriów) 5 kg? Nieznacznie wyższa waga od oczekiwanej przez zamawiającego wynika z faktu, że monitor ten wyposażony jest w 12” ekran, co zapewnia lepszą widoczność monitorowanych parametrów.

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor posiadający ciche a jednocześnie wydajne chłodzenie aktywne, zapewniające właściwą temperaturę pracy urządzenia, spełniające wszystkie wymogi medyczne? Wymagane chłodzenie konwekcyjne jest mniej wydajne i naraża chłodzone podzespoły kardiomonitora na możliwe uszkodzenia, będące skutkiem przegrzania (zwłaszcza w okresie letnim) i związane z tym koszty naprawy w okresie pogwarancyjnym.

**Wyjaśnienie:** Nie, wiążące są zapisy SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert to **2 grudnia 2016 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **2 grudnia 2016 r. godz. 12:00**

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Andrzej Mielcarek