

Zamość, dnia 11 maja 2020r.



AGZP 3320.30. .20

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do analityki ogólnej wraz z dzierżawą aparatów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia analizatorów z 14 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy do 21 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu analitycznego, który wymaga użycia wody destylowanej oraz soli fizjologicznej jako materiały eksploatacyjne służące jedynie do płukania analizatorów. W oferowanym systemie analitycznym w/w materiały nie są wykorzystywane jako specyficzne odczynniki do badania. W związku z tym, iż są to materiały powszechnie dostępne na rynku czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oba odczynniki pochodziły od innego producenta niż pozostałe odczynniki?

Wyjaśnienie:

Tak wyraża zgodę.

Pytanie 3 dot. opisu przedmiotu zamówienia – wymagania do aparatu/modułu do oznaczania parametrów fizyko – chemicznych moczu, pkt. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dla którego producent przewidział comiesięczną kalibrację prowadzoną przez użytkownika analizatora?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 4 dot. opisu przedmiotu zamówienia – wymagania do aparatu/modułu do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu, pkt. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie oznacza kwasu askorbinowego ale paski testowe charakteryzują się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego przyjmowanego w stężeniach uzasadnionych klinicznie?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 dot. opisu przedmiotu zamówienia – wymagania do aparatu/modułu do oznaczania parametrów fizykochemicznych moczu.

Czy ze względu na zastosowanie kliniczne oraz wstępną ocenę morfologii erytrocytów Zamawiający wymaga aby analizator do oznaczania parametrów fizykochemicznych dokonywał różnicowania krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dot. opisu przedmiotu zamówienia – wymagania do aparatu/modułu do ilościowej analizy elementów upostaciowanych w moczu pkt. 2

W odniesieniu do wymagań w pkt. 3 „wyniki podawane w ilościach elementów upostaciowanych (...) lub w ilościach w mikrolitrze”, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który do pomiaru wykorzystuje metodę fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z ogniskowaniem hydrodynamicznym i konduktometrią?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza ale wyniki muszą być podawane zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 opisu przedmiotu zamówienia – wymagania do aparatu/modułu do ilościowej analizy elementów upostaciowanych w moczu pkt. 4.

Czy Zamawiający w wymaganych parametrach raportowanych na wyniku pisząc spermatocyny ma na myśli plemniki?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 8 opisu przedmiotu zamówienia – wymagania do aparatu/modułu do ilościowej analizy elementów upostaciowanych w moczu.

Czy ze względu na specyfikę oddziałów szpitalnych Zamawiający wymaga aby analizator dokonywał dokładnego pomiaru bakterii z dodatkowym wskazaniem na Gram (-) i Gram (+) za pomocą oflagowania, co pozwala zminimalizować niepotrzebną antybiotykoterapię wykluczając próbki bez zakażenia układu moczowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 opisu przedmiotu zamówienia – wymagania do aparatu/modułu do ilościowej analizy elementów upostaciowanych w moczu.

Czy Zamawiający wymaga aby analizator posiadał możliwość pomiaru próbek w trybie STAT (tryb manualny), co stanowi znaczne ułatwienie w przypadku konieczności wykonywania próbek pilnych (CITO). Dodatkowo tryb ten umożliwia pomiar z próbek o małej objętości (0,6 ml) co jest istotne przy próbkach pediatrycznych, neonatologicznych i próbek w przebiegu chorób np. ze skąpomoczem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 opisu przedmiotu zamówienia – wymagania do aparatu/modułu do ilościowej analizy elementów upostaciowanych w moczu.

Czy Zamawiający wymaga aby analizator dokonywał dokładnego pomiaru erytrocytów z oceną ich morfologii za pomocą oflagowania (erytrocyty dysmorficzne i izomorficzne)? Klasyfikacja ta umożliwia określenie źródła pochodzenia erytrocytów i pomocna jest do określenia odcinka układu moczowego z którego pochodzą erytrocyty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszczają

Pytanie 11 dot. SIWZ, Wzoru umowy i Załącznika nr ... do SIWZ

§ 2 ust. 2:

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczenia na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużycia odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 12 dot. SIWZ, Wzoru umowy i Załącznika nr do SIWZ

§ 3 ust. 1:

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości należności”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy Kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 13 dot. SIWZ pkt. 1, Wzoru umowy § 2 ust. 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy odczynników i innych niezbędnych wyrobów do 5 dni roboczych?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy w związku z wymogiem „Moduł wraz z refraktometrem skalibrowany fabrycznie, poprawność kalibracji sprawdzana w trakcie okresowych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis” Zamawiający rozumie, że serwis analizatora ma być świadczony przez serwis producenta analizatora.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby system był serwisowany przez serwis producenta.

Pytanie 15

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „w pełni automatyczny analizator” rozumie, że rozpoczęcie pracy systemu przez analizator ma się odbywać automatycznie po umieszczeniu w nim statywu z próbkami?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza automatyczny start analizatora po umieszczeniu w nim statywu z próbkami lub po wciśnięciu przycisku.

Pytanie 16 dot. wzoru umowy § 1 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie - „o ile dotyczy”? Uzasadnienie: - nie każdy zaoferowany przedmiot umowy (towar) podlega ustawie o wyrobach medycznych – np. materiały zużywalne.

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę,

Pytanie 17 dot. wzoru umowy § 4 ust. 6.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 72 godzin w dni robocze?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Pytanie 18 dot. wzoru umowy § 8 ust. 1, pkt. 2, 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kara liczona była od wartości dzierżawy (za 24 miesiące) za oferowany sprzęt? Uzasadnienie: przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętu a nie dostawa, więc kary powinny być liczone od wartości umowy a nie od wartości sprzętu.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Pytanie 19 dot. wzoru umowy § 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ust. 16 „Strony dopuszczają zmianę w przypadku Zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie?”

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Pytanie 20 dot. przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 parametry graniczne pozycja nr 7.

Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego co Zamawiający ma na myśli w punkcie 7 pisząc „możliwość wpisania własnych reguł zarządzających pracą połączonych analizatorów”?

Wyjaśnienie:

Możliwość zadania systemowi wykonania np. oceny mikroskopowej na podstawie wyników analizy fizyko-chemicznej próbki .

Pytanie 21 dot. przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 parametry graniczne pozycja nr 13.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiałów kontrolnych, które są innego producenta niż paski i czytnik, ale które są rekomendowane przez producenta i metrykowane na oferowane analizatory?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22 dot. przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 parametry graniczne pozycja nr 13.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynu do czyszczenia analizatorów, który pochodzi od innego producenta a jest płynem uniwersalnym na bazie podchlorynu?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 dot. przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 parametry graniczne pozycja nr 9.

Wymagania do aparatu/modułu do ilościowej analizy elementów upostaciowanych w moczu. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jako oddzielnej pozycji w wycenie materiałów zużywalnych którymi są próbki z tworzywa sztucznego kompatybilne z systemem analitycznym? Jeśli tak to prosimy o podanie jaką ilość próbek mamy umieścić w wycenie.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 dot. Zadania 1 wzór umowy dzierżawy.

Czy Zamawiający wydłuży okres dostarczenia analizatorów do maksymalnie 8 tygodni ze względu na to, że analizatory sprowadzane są z zagranicy?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25 dot. Zadania 1

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy podana ilość oznaczeń to 49000 oznaczeń parametrów fizyko – chemicznych i 49000 oznaczeń elementów upostaciowanych w moczu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga 49000 oznaczeń par. fizyko – chemicznych i taka samą ilość, czyli 49000 oznaczeń elementów upostaciowanych.

Pytanie 26 dot. Zadania 1.

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy podana ilość oznaczeń uwzględnia ilości przeznaczone na oznaczenia kontrolne, czy należy je doliczyć?

Wyjaśnienie:

Podana ilość oznaczeń uwzględnia badania kontrolne.

Pytanie 27 dot. Zadania 1 analizator do oceny upostaciowanych elementów moczu.

Czy Zamawiający wymaga aby technologia obrazowania była z wykorzystaniem mikroskopii pola jasnego oraz fazowego kontrastowania obrazu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 dot. Zadania 1 analizator do oceny upostaciowanych elementów moczu.

Czy Zamawiający wymaga aby była możliwość flagowania erytrocytów typu „ghost” akantocytów oraz kryształów amorficznych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 30 dot. wzoru umowy § 8 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5 % wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 31 dot. wzoru umowy.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej hipotecznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy – zgodnie z przepisami.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie ma takiego obowiązku.

Pytanie 32 dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 33 dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym

podwyższeniem ceny jednostkowej brutto.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 34 dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 35 dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zmianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany producenta lub producenta sprzętu?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 36 dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 37 dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku niezrealizowanej płatności?

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 38 dot. wzoru umowy.

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się w danej pozycji umowy.

Wyjaśnienie:

Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 39 dot. zadania nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści testy do oznaczania krwi utajonej w kale o specyficzności 98,7% czułości 10 ng/ml.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 dotyczy zadania 4

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 test do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale o czułości 95 % i swoistości 97,7 %?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści aparat bez oprogramowania pozwalającego na zarządzanie pracą aparatów/modułów (wykonywanie badań, zarządzanie odczynnikami, kontrolą jakości i procedurami konserwacyjnymi.)

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wpisania własnych reguł zarządzających pracą połączonych analizatorów. ?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ

*lek. med. Marta Węgrzyn - Bąk
p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*