



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.35.21

Zamość, dnia 14 czerwca 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę sprzętu endoskopowego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych z uchwytem prostym do uwalniania lub odzyskania stentu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samorozprężalnych stentów do protezowania zwężzeń dróg żółciowych z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, usuwalny w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji, wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG, dostępny w wersji pokrywanej - długości - 6, 8, 10, 12 cm, średnica 8 mm oraz długości 4, 6, 8, 10, 12 cm średnica 10 mm* częściowo pokrywanej - długości - 6, 8, 10, 12 cm, średnica 8 mm oraz długości 4, 6, 8, 10, 12 cm średnica 10 mm* niepokrywanej długości - 4, 6, 8, 10, 12 cm, średnica 8 mm oraz długości 4, 6, 8, 10, 12 cm średnica 10 mm, zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr ?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych igieł do ostrzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na załamania, wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły – 23 i 25 G, długość ostrza – 4 mm, długość robocza 240 cm i długość ostrza – 6 mm, długość robocza - 200 cm? ”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści jednorazową igłę iniekcyjną

- średnica igły 23G długość igły 4 mm i 6 mm, 25G długość igły 5 mm i 6 mm
- minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm
- długość narzędzia 2 300 mm
- mechanizm długopisowy?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych wykonane z propylenu

z otworami drenującymi na całej długości dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów o średnicy: o średnicy 3, 4, 5 Fr o długości protez : od 2 do 13 cm, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym o średnicy - 5 Fr o długości protez : od 2 do 13 cm ; 7 Fr o długości protez: od 3 do 18 cm, prosta z proksymalnymi zaczepami o średnicy - 3,4,5 Fr długość protez: od 2 do 13 cm, prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i podwójnym proksymalnym - średnica 5Fr o długości protez: od 2 do 13 cm oraz średnica 7 Fr oraz 10 Fr - o długości protez: od 3 do 18 cm, wszystkie protezy współpracujące z przewodnikiem 0,035” z wyjątkiem protezy 3 Fr współpracującej z przewodnikiem 0,021””; dostępne z zaokrągloną końcówką dystalną w protezach 5Fr; oraz polimerowe protezy cienkościennie do drenażu dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy, w wersjach - centralnie zagięta i ze zgięciem dwunastniczym, średnice 7 Fr (śr. wewnętrzna 1,7 mm) 8,5 Fr (śr. wewnętrzna 2,1 mm) i 10 Fr (śr. wewnętrzna 2,3 mm), długości protez - 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm; podwójny pigtail ze znacznikiem endoskopowym, średnica protez - 7 i 10 Fr, długość protez - 3, 5, 7, 10, 12 i 15 cm ? ”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 7:

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, wykonanych z plecionego, usztywnionego drutu, średnica otwartej pętli – 10 mm, 15 mm, średnica osłonki - 2,4 mm , długość robocza 240 cm, dostępne kształty – owal ? ”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie pętli wykonanych z drutu plecionego o grubości 0,4 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści igły pętli owalną? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający dopuści zaferowanie pętli owalnych wykonanych z plecionego drutu o grubości w zakresie 0,3-0,37 mm, uchwyt ze skalą pomiarową lub bez.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli owalnej zamiast hexagonalnej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 7:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie pętli w rozmiarze 15 mm i 25 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 9:

„Czy Zamawiający dopuści zaferowanie szczypiec o pojemności łyżeczek 9,0 mm³.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce do biopsji stycznych o pojemności 7,6 mm³? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku

• łyżeczki owalne i owalne z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych pojemność łyżeczek 5 - 6,5 mm, długość robocza narzędzia 2 300 mm?.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9:

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 240 cm. z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm? ”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku z możliwością wykonania biopsji stycznych, pojemność łyżeczek 7.7mm³, długość robocza narzędzia 2300mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający dopuści jednorazowa pętla do polipektomii, z drutu plecionego, owalna, średnica 10mm, 15mm, 20mm, 24mm, 36 mm; długość robocza narzędzia 2300mm; współpracująca z kanałem endoskopu 2,8 mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, wykonanych z plecionego, usztywnionego drutu, średnica otwartej pętli - 10, 15, 20, 25 i 33 mm , średnica osłonki - 2,4 mm , długość robocza 240 cm, dostępne kształty – owal ? ”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający dopuści jednorazową pętlę do polipektomii, z drutu plecionego, owalna, średnica 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm; długość robocza narzędzia 2 300 mm; współpracująca z kanałem endoskopu 2,8 mm?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicach 10, 15, 25 oraz 32 mm? Pozostałe parametry

zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10:

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie pętli owalnych o średnicy 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 35mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 32 mm, długość robocza narzędzia 2400 mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli do polipektomii z drutu plecionego, owalnej o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w wypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości asortymentu objętego Przedmiotem Umowy, o ile zamówienie nie będzie mniejsze niż 80% wartości ogólnego zamówienia”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 8

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Reklamacje ilościowe Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną niezwłocznie po dokonaniu odbioru zamówionej dostawy. Wykonawca uzupełni przedmiot dostawy w ciągu 6 dni roboczych od chwili otrzymania reklamacji od Zamawiającego”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 5 dniu roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Bez względu na przewidziany w ust. 8 – 10 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny,

w przypadku gdy dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot Umowy będzie wadliwy, jeżeli dany asortyment będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej Zamawiającego z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zaopatrzenia się w ten asortyment (lub jego odpowiednik, tj. wyrób zamienny o nie gorszych parametrach – w przypadku, gdy na rynku będzie brak danego asortymentu) we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena nabytego asortymentu (lub odpowiednika) będzie wyższa od ceny określonej w niniejszej Umowie, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu różnicę”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku co najmniej trzech niezgodnych z zamówieniem lub nieterminowych dostaw. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie z tytułu faktycznie zrealizowanej części Umowy. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 6 ust. 3.”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na inną osobę swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego, jednak zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 7% łącznej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,1 % wartości brutto

przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w Umowie, nie więcej jednak niż 7% łącznej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 8 % wartości niezrealizowanej umowy”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy paragraf 2 ustęp 8, ustęp 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych? ”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu