



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

Zamość, dnia 24 kwietnia 2020 r.



AG.ZP.3320.3z. .20

Dotyczy: Wyjaśnienia treści zaproszenia ofertowego



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, informuje że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia ofertowego opracowanego do postępowania na **dostawę sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 2:

Czy Zamawiający dopuścił do oceny cewnik balonowy o poniższych parametrach?

Długość użytkowa cewnika 142 cm, Kompatybilny cewnik prowadzący: 5F; Kompatybilny przewodnik: max 0,014" (0,36 mm), System: Rapid Exchange (RX); Ciśnienie RBP : 16 atm; Ciśnienie NP: 7 atm, Średnice: 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50 mm; Długości: 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20 mm; Szaft proksymalny 1,98 F; Szaft dystalny: 2,4 F dla średnic 1,25 do 2,00mm, 2,7 F dla średnic 2,25 do 3,50; długość końcówki (tip length) 5 mm dla średnic 1.25 - 2.00 mm, 3.5 mm dla średnic 2.25 - 3.50 mm; Rodzaj markerów - platynowe-irydowe; Crossing Profile 0.024"; Tip Entry Profile 0.016"; Pokrycie hydrofilne.

Wyjaśnienie: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia.

p.o. Dyrektora
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Marta Węgrzyn – Bąk



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu