



DZP 3320.25.21

Zamość, dnia 24 maja 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i innych niezbędnych produktów wraz z dzierżawą analizatorów/aparatów do Pracowni Mikrobiologii.

1. „Zadanie 8, pozycja 5: Czy Zamawiający zgodzi się na testy o czułości diagnostycznej 98,2% względem metody qPCR ?”

**Wyjaśnienie:** Tak.

2. „Zadanie 8, pozycja 8: Czy Zamawiający zgodzi się testy immunochromatograficzne z 3 miejscami dozowania próbki? Jedno miejsce dozowania próbki nie ma żadnego znaczenia dla jakości testu i wygody wykonania i stanowi opis techniczny konkretnego producenta. W przypadku braku zgody, prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji do osobnego zadania.”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

*Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).*

**Wyjaśnienie:** W przypadku braku możliwości zakupu jednej sztuki danego wyrobu, Wykonawca w ofercie cenowej jako jednostkę miary powinien podać opakowanie z jednoczesnym określeniem ilości sztuk danego asortymentu w opakowaniu i odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. Jeżeli w wyniku odpowiedniego przeliczenia ilości sztuk na ilość opakowań, ilość opakowań będzie wyrażona liczbą ułamkową należy ilość opakowań zaokrąglić w górę bez względu na wartość ułamka. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich i muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

4. Dotyczy §7 ust. 1.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „nie mniej niż 20 zł” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

5. Dotyczy §7 ust. 1.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „nie mniej niż 10 zł” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

6. Dotyczy §7 ust. 1c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5% wartości brutto **niezrealizowanej części umowy** (...), ze względu na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis §7 ust. 1c umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

7. Pytanie 5 Dotyczy §10 ust.1. Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- 1) Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- 2) Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- 3) Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody, wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

8. Dotyczy OPZ Zadanie 15 Poz. 2 i poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymazówkę klasy I, o długości 165 mm?

Zarówno wymazówki klasy I, jak i wymazówki klasy IIa podlegają obowiązkowi certyfikowania przez Jednostkę Notyfikowaną, dlatego też Klasa IIa nie wskazuje na to, że wymazówki te posiadają lepszą jakość niż wymazówki klasy I zwłaszcza, iż produkowane są w tych samych warunkach, z tych samych produktów, przez tych samych producentów.

Niedopuszczenie wymazówek bez podłoża transportowego klasy I stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji, poprzez uniemożliwienie złożenie ważnych ofert wielu wykonawcom.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

9. Dotyczy OPZ Zadanie 15 Poz. 4 i poz. 5 - Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga w obydwu pozycjach tej samej pojemności ez?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

10. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający wydzieli z zadania 2 paski z gradientem stężeń do oznaczania MIC i utworzy z nich osobny pakiet ? Tak ułożony pakiet zakłóca zasady uczciwej konkurencji wskazując konkretnego wykonawcę. Wydzielenie pozwoli na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności cen.

**Wyjaśnienie:** Nie.

11. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża wykrywającego szerokie spektrum karbapenemaz takich jak: KPC, NDM, VIM, IMP oraz OXA ze zwiększoną wykrywalnością OXA-48?

**Wyjaśnienie:** Nie.

12. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 podłoża dwudzielnego zawierającego w miejsce podłoża Granda inne podłoże chromogenie do identyfikacji *Streptococcus agalactiae*? Podłoże Granda wskazuje na podłoże konkretnego producenta, co narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

13. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 19 zaoferowania podłoża chromogenego do identyfikacji *Salmonella* spp., czy podłoża Hektoen Enteric Agar?

**Wyjaśnienie:** Hektoen Enteric Agar

14. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 19 zaoferowania podłoża dwudzielnego zawierającego podłoże chromogenie do identyfikacji *Salmonella* spp. oraz podłoże Hektoen Enteric Agar ?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wymaga.

15. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający w pozycji nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża pochodzącego od innego producenta ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

16. Dotyczy Zadania 2. Czy Zamawiający w pozycji nr 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża pochodzącego od innego producenta ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

17. Dotyczy: zadanie nr 5 – Parametry graniczne dla krążków antybiotykowych. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych (w pozycjach 1 – 21, 23 – 51, 54 – 59) i jałowych pakowanych po 4 kasety/fiolki w plastikowej hermetycznej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje konieczność zabezpieczenia już otwartych opakowań w odpowiedni pojemnik do ich przechowywania. Każde zbiorcze opakowanie posiada etykietę zawierającą te same informacje co pojedyncza fiolka (nazwa krążka, skrót nazwy wg CLSI/EUCAST, stężenie antybiotyku, numer katalogowy, seria produkcyjna, termin ważności, warunki przechowywania). Dodatkowo pragniemy nadmienić, że każda fiolka w zbiorczym opakowaniu ma dodatkowe zabezpieczenie fiolki nakładką w miejscu wyjmowania krążka przez diagnostę lub podczas używania dyspensera.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

18. Dotyczy: zadanie nr 5 – Parametry graniczne dla krążków antybiotykowych. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 53 pasków z cefinazą.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

19. Dotyczy: zadanie nr 5, część „C”. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w części „C”, pozycji nr 2 szczepu wzorcowego pochodzącego z pierwszego pasażu w postaci liofilizowanych krążków do ożywienia na podłożu stałym lub w bulionie, pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu z okresem ważności około 9 miesięcy.

**Wyjaśnienie:** Nie.

20. Dotyczy: zadanie nr 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do oceny lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych oraz kryptokoków metodą kolorymetryczną mikrorozcieńczeń w bulionie ze wskazanymi przez Zamawiającego antymykotykami, który jest pakowany po 40 testów w opakowaniu, o długim 24 miesięcznym terminie ważności i ważności każdego otwartego testu 8 tygodni ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

21. Dotyczy: zadanie nr 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 1 opakowania (40 oznaczeń) czy zaokrąglenia „w górę” do 2 opakowań (80 oznaczeń) wraz z wymaganymi podłożami do przygotowania zawiesiny ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

22. Dotyczy: zadanie nr 11 – Szczepy wzorcowe. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania w pozycjach zadania szczepów wzorcowych pochodzących z pierwszego pasażu kolekcji ATCC w postaci liofilizowanych krążków do ożywienia na podłożu stałym lub w bulionie, pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu z okresem ważności około 9 miesięcy.

**Wyjaśnienie:** Nie.

23. Dotyczy: zadanie nr 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego immunologicznego testu jakościowego służącego do wykrywania karbapenemaz KPC, OXA, VIM, IMP, NDM w koloniach bakteryjnych otrzymanych z hodowli w jednym okienku testowym, testu który posiada czułość i specyficzność 100% w stosunku do metody PCR, a wynik odczytywany jest w czasie 15 minut ? Oferowany test spełnia następujące progi detekcji KPC 600 pg/ml, OXA 300 pg/ml, VIM 300 pg/ml, IMP 200 pg/ml, NDM 150 pg/ml oraz wykrywa następujące typy: KPC-2-3, IMP-1-8-11, VIM-1-2-4-19, OXA-48-162-181-204-232-244-517-519-535.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

24. Prosimy o wyłączenie pozycji 5, 6, 9 z pakietu 8 utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 8 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny

krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

24a. Obecnie przygotowany pakiet asortymentu faworyzuje konkretnego wytwórcę, który jako jedyny posiada zarówno testy immunochromatograficzne, immunoenzymatyczne, lateksowe. Czy Zamawiający podzieli pakiet 8 w następujący sposób:

- testy immunochromatograficzne
- testy immunoenzymatyczne
- testy lateksowe?

Każda z powyższych kategorii produktów stanowi zbiór odrębny, niepowiązany strukturalnie ani funkcjonalnie z innymi kategoriami. Z tego względu umieszczenie w/w grup produktów w jednym pakiecie faktycznie wyklucza możliwość zaistnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, tworząc dla wybranego wykonawcy monopol na kształtowanie cen ofert – przy czym wykonawca ustala ceny bezpośrednio lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych. Liczba tych podmiotów nie ma znaczenia dla braku faktycznej konkurencji w sytuacji, w której w istocie jeden podmiot dyktuje wszystkie ceny

przetargowe.

Skutkować to będzie dopuszczeniem większej liczby wykonawców, co przełoży się na otrzymanie korzystnych cenowo ofert.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

25. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 poz. 5 zaoferowanie testu H.pylori o czułości 98,9 % oraz swoistości 98,4%?

**Wyjaśnienie:** Tak.

26. Rozdz. XIV punkt 8 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyszczególnienia ilości arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty, w związku ze składaniem oferty w wersji elektronicznej? Uzasadnienie: forma elektroniczna złożenia oferty uniemożliwia Wykonawcy ponumerowanie kolejno stron/kartek wchodzących w skład oferty.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wymaga numerowania stron.

27. Zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 10 oraz zadanie nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, ulotki oraz certyfikaty kontroli jakości i tym samym uzna warunek dostarczenia dokumentów za spełniony? Uzasadnienie: Produkty wysyłane są bezpośrednio z zagranicy w związku z czym dołączenie dodatkowej dokumentacji do towaru wraz z pierwszą i każdą następną dostawą jest niemożliwe, ze względu na skomplikowane procedury magazynowe. W praktyce dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej Wykonawcy. Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać dokumenty ze strony internetowej.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający wyraża zgodę.

28. Zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 10 oraz zadanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę przedmiotu zamówienia wg pełnych opakowań handlowych oferowanych przez Wykonawcę, w celu przedstawienia realnych kosztów realizacji zamówienia?

Wzór formularza cenowego poniżej. Uzasadnienie Ryzyko poprawnego zaoferowania wielkości opakowania do ilości oznaczeń wymaganych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli odczynników z powodu sposobu konfekcjonowania przez Wykonawców, Wykonawca dokona modyfikacji tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj. zaoferowania takiej ilości opakowań (zestawów), którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki, tak by w pełni pokryć wymagane zapotrzebowanie

L.p.	Nazwa asortymentu	Ilość oznaczeń	Wielkość opakowania	Ilość opak.	Cena jedn. opak. netto	Wartość netto (kol.5x6)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota podatku VAT (kol.7x8)	Wartość brutto (kol.7+kol.9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

**Wyjaśnienie:** W przypadku braku możliwości zakupu jednej sztuki danego wyrobu, Wykonawca w ofercie cenowej jako jednostkę miary powinien podać opakowanie z jednoczesnym określeniem ilości sztuk danego asortymentu w opakowaniu

i odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. Jeżeli w wyniku odpowiedniego przeliczenia ilości sztuk na ilość opakowań, ilość opakowań będzie wyrażona liczbą ułamkową należy ilość opakowań zaokrąglić w górę bez względu na wartość ułamka. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich i muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

29. Zadanie 1. Formularz cenowy, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nasadek do przesiewania podłoża w ilości 2016 sztuk z uwagi na niestandardowe konfekcjonowanie po 288 sztuk w opakowaniu?

**Wyjaśnienie:** Tak.

30. Zadanie 1. Dot. Pkt. 7 wymogi graniczne – Czy analizator ma wykonywać bezpośredni, automatyczny pomiar poziomu badanej próbki w każdej butelce ze standardową objętością materiału podczas ich wprowadzania do aparatu?

**Wyjaśnienie:** Tak.

31. Zadanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w kolejnej pozycji formularza cenowego (nr 8) odczynnika rekomendowanego przez producenta, wzbogacającego podłoża z posianymi płynami ustrojowymi innymi niż krew podłoża w celu ułatwienia wzrostu i odzysku mikroorganizmów trudnorosnących?

**Wyjaśnienie:** Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

32. Jeżeli tak, czy Zamawiający mógłby podać orientacyjne ilości pobieranych próbek z innymi płynami ustrojowymi niż krew przez okres 24 miesięcy w celu odpowiedniej wyceny ilościowej substancji wzbogacającej?

**Wyjaśnienie:** 200 próbek.

33. Zadanie 1. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia wymogu granicznego nr 20 (opóźnione wkładanie podłoża) w oryginalnej instrukcji używania podłoży?

**Wyjaśnienie:** Tak.

34. Zadanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i instalację aparatu do posiewów krwi i innych jałowych płynów w terminie do 28 dni z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy oraz podłączenie do sieci Infomedica?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SWZ.

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości. „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych

w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

**Wyjaśnienie:** Tak. Proponowany zapis zostanie wprowadzony do zawieranej umowy.

36. Zadanie 2. Czy Zamawiający w poz. 19 ma na myśli podłoże dwudzielne – chromogenne Salmonella oraz niechromogenna część Haektoen?

**Wyjaśnienie:** Nie.

37. Zadanie 2. Jeżeli nie – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża niechromogenne Haektoen agar?

**Wyjaśnienie:** Tak.

38. Zadanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży pakowanych po 100 sztuk w pozycjach 1, 2, 3, 20, 23?

**Wyjaśnienie:** Tak.

39. Zadanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pasków gradientowych do ozn. mechanizmów oporności w innej/osobnej pozycji niż paski gradientowe nasączone antybiotykami?

**Wyjaśnienie:** Nie.

40. Zadanie 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości. „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

**Wyjaśnienie:** Tak. Proponowany zapis zostanie wprowadzony do zawieranej umowy.

**Pytania do umowy (Załącznik nr 3 - dot. dostawy odczynników do Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą):**

41. § 2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiający będzie miał prawo dokonać jego zakupu u innego Sprzedawcy. Jeśli koszt zakupu będzie wyższy od kosztów zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?



**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

42. § 2 ust. 13 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Bez względu na przewidziany w ust. 10 – 12 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku gdy dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot Umowy będzie wadliwy, jeżeli dany asortyment będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej Zamawiającego z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Zamawiający ma prawo zaopatrzenia się w dany asortyment we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena nabytego asortymentu będzie wyższa od ceny określonej w niniejszej Umowie, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu różnicę. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

43. § 3 ust. 10 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „wykonywania bezpłatnych napraw dzierżawionych urządzeń w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia do czasu zakończenia naprawy innych urządzeń o tożsamych parametrach,”?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

44. § 3 ust. 10 pkt 1 – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 3 dni roboczych?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

45. § 7 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

46. § 7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

47. § 7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

48. § 7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obliczenie kary umownej do wartości brutto Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 za każdy roboczy dzień zwłoki?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru

umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

49. § 7 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

50. § 7 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

51. § 7 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

**Pytania do umowy (Załącznik nr 3 - wzór nr 2 – dot. dostawy odczynników do Pracowni Mikrobiologii):**

52. § 2 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu/jego odpowiednika u innego sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

53. § 2 ust. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Bez względu na przewidziany w ust. 7 – 9 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku dostarczenia asortymentu wadliwego, jeżeli dany produkt będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej Zamawiającego z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Zamawiający ma prawo zaopatrzenia się w dany asortyment we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena nabytego produktu będzie wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu różnicę. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

54. § 3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) produktu w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu/ zamiennika u innego sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca. Zamawiający

zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

55. § 7 ust. 1 pkt 1) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

56. § 7 ust. 1 pkt 2) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

57. § 7 ust. 1 pkt 3) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

58. § 7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Uzasadnienie: W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Wyjaśnienie:** Tak.

60. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

61.(§ 7ust. 1 pkt. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej

sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

62. Prosimy o modyfikację § 2 Umowy poprzez dopisanie: „Dostawa odczynników na koszt Wykonawcy przy czym wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 150,00 zł netto”

**Uzasadnienie:** Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu, na które składają się min. Koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

63. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w §5 adresu e-mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.

**Wyjaśnienie:** Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zamawiający posiada Nr PEPPOL 922292491.

64. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

**Uzasadnienie:** Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet , jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Wyjaśnienie:** Stosowne gwarancje zostały zawarte w §1 ust. 3 wzoru umowy.

65. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

66. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?
- Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.
67. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?
- Uzasadnienie: Zezwoli to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.
- Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.
68. Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
- Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.
- Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.
69. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:
- Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 144 ust. 1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu

cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym:

Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia , stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej , złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

70. Czy Zamawiający w zadaniu 5 dopuszcza zaoferowanie krążków w poz. 22,45,53 pochodzących od innego producenta, jednocześnie odstępując od wymogu posiadania pozytywnej opinii KORLD i badania porównawczego przeprowadzonego przez EUCAST?

**Wyjaśnienie:** Tak.

71. Czy zamawiający w zadaniu 5 w części C wymaga szczepu wzorcowego w postaci zestawu KWIK-STIK (zestaw w foliowej saszetce zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę)?

**Wyjaśnienie:** Tak.

72. Czy Zamawiający w pakiecie 5 w części C wyrazi zgodę na podpisanie Porozumienia (oświadczenia) użytkownika końcowego dotyczącego użytkowania szczepów wzorcowych, które Wykonawca jest zobligowany archiwizować dla wytwórcy materiałów zakaźnych?

**Wyjaśnienie:** Tak.

73. Czy Zamawiający w pakiecie 11 wyrazi zgodę na podpisanie Porozumienia (oświadczenia) użytkownika końcowego dotyczącego użytkowania szczepów wzorcowych, które Wykonawca jest zobligowany archiwizować dla wytwórcy materiałów zakaźnych?

**Wyjaśnienie:** Tak.

74. Czy Zamawiający wymaga aby producent podłoży posiadał dokument walidacyjny potwierdzający możliwość przechowywania podłoży w temperaturze pokojowej do terminu 4 tygodni bez wpływu na jakość oferowanego produktu?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

75. Czy Zamawiający w zadaniu 2 wymaga aby producent podłoży posiadał dokument walidacyjny potwierdzający brak wpływu temperatury w transporcie na jakość podłoży?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

76. Czy Zamawiający w zadaniu 2 wymaga aby podłoża były przechowywane w temp na: 2 – 12 °C oraz 2 – 25 °C co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem walidacyjnym?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

77. Czy Zamawiający w zadaniu 3 wymaga aby oferowane podłoża płynne posiadały probówki z zakręcanym korkiem?

**Wyjaśnienie:** Tak.

78. Czy Zamawiający w zadaniu 3 wymaga aby oferowane produkty posiadały pozytywną opinię KORLD?

**Wyjaśnienie:** Tak.

79. Czy Zamawiający w zadaniu 13 dopuści produkt, który nie podlega ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 tj.), tym samym ze względu na swoje przeznaczenie nie jest wyrobem medycznym i dla którego stawka VAT wynosi 23%?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza.

80. Czy Zamawiający w zadaniu 15 poz. 2 wymaga spełnienia normy CLSI M40-A2 dotyczącej kontroli jakości mikrobiologicznych systemów transportowych określającej, że minimum 10 określonych szczepów bakteryjnych (tlenowych, beztlenowych i mikroaerofilnych) musi przeżyć w podłożu przez 48 godzin inkubacji w temperaturze pokojowej i 4°C, za wyjątkiem Neisseria gonorrhoeae dla której przeżywalność testowana jest po 24h inkubacji?

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie określił takiego wymagania. Dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu.

81. Dotyczy pakietu nr 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie końcówek do pipet, które nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny i nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza.

82. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 11 §3 wzoru umowy dostawy i dzierżawy. Uzasadnienie: Zgodnie z wcześniejszymi zapisami umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego przy przedłużającej się naprawie. Zdaniem Wykonawcy zapis ten jest wystarczający i zabezpiecza Zamawiającego przed pozostaniem bez działającego poprawnie aparatu na czas dłuższy niż zakładany czas naprawy.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

83. Dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy dostawy i dzierżawy. Zwracamy się z prośbą o naliczenie kary za opóźnienie w dostawie aparatu od wartości dzierżawy, nie zaś wartości całej umowy.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany proponowane przez Wykonawcę. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

84. Dotyczy pakietu nr 10. Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do identyfikacji bakterii rodzaju Nesperia i Hmemophilus wykonywanych manualnie?

**Wyjaśnienie:** Nie.

85. Dotyczy pakietu nr 10, pkt. 4. Czy Zamawiający pod pojęciem automatyczny test do drożdżaków rozumie ich identyfikację?

**Wyjaśnienie:** Tak.

86. Dotyczy pakietu nr 10, pkt 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do identyfikacji beztlenowców wykonywanych metodą manualną przy jednoczesnej możliwości wykonywania identyfikacji *Corynebacterium* metodą automatyczną?

**Wyjaśnienie:** Nie.

87. Dotyczy pakietu nr 10, pkt 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do oznaczania lekowrażliwości grzybów wykonywanych manualnie? Zaoferowane testy zgodne są z zaleceniami Eucast.

**Wyjaśnienie:** Nie.

88. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów łączonych – identyfikacja i lekooporność w stosunku około 20% testów rozdzielnych, 80% testów łączonych – czyli zaoferowanie 3000 testów łączonych dla identyfikacji i lekooporności G-, 800 testów rozdzielnych do identyfikacji G-, 1100 testów rozdzielnych do lekooporności G- oraz 3000 testów łączonych dla identyfikacji i lekooporności G+, 400 testów rozdzielnych do identyfikacji G+ i 1100 testów rozdzielnych do lekooporności G+?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

89. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności 50 minimum miejsc pomiarowych?

**Wyjaśnienie:** Tak.

90. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Pkt 2. Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym inkubacja i odczyt odbywa się automatycznie, natomiast napełnianie paneli oraz ich usuwanie wymaga czynności manualnych ?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ pełna automatyzacja.

91. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Pkt 3. Jeżeli oferowany przez Wykonawcę aparat nie wymaga do procedury przygotowania testów nie wymaga dyspensera soli, czy Zamawiający odstąpi od jego dostarczenia?

**Wyjaśnienie:** Tak.

92. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Pkt 3. Jeżeli oferowany system posiada komputer w postaci tabletu będącego integralną częścią aparatu to czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia komputera z monitorem?

**Wyjaśnienie:** Tak.



93. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Pkt 4 i 5 Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów średniego czasu identyfikacji i lekowrażliwości na podstawie publikacji naukowych lub oświadczenia dystrybutora aparatu?

**Wyjaśnienie:** Tak.

94. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do identyfikacji beztlenowców, Nesteria i Haemophilus oraz bakterii beztlenowych metodą manualną?

**Wyjaśnienie:** Nie.

95. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do oznaczania lekowrażliwości grzybów wykonywanych metodą manualną ?

**Wyjaśnienie:** Nie.

96. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów łączonych – identyfikacja i lekooporność ?

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

97. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Pkt 13. Czy Zamawiający pod pojęciem aparat pracujący w oparciu o zalecenia EUCAST rozumie wersje z minimum 2020 roku ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

98. Dotyczy Zadania 10 Opis parametrów technicznych aparatu do identyfikacji lekowrażliwości. Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym przygotowanie testów wymaga dodania dodatkowego odczynnika ?

**Wyjaśnienie:** Nie. Zgodnie z SWZ.

99. Dotyczy Pakietu 10. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu nr 20. Udział w szkoleniu KORDL.

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z SWZ.

100. Zadanie 8. Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści test o czułości >98,8% dla adenowirusów i > 96,3% dla rota wirusów?

**Wyjaśnienie:** Tak.

101. Zadanie 8. Czy w poz. 8 Zamawiający wymaga zestawu zawierającego kontrole dodatnią i ujemną oraz skalowane pipetki do poboru ciekłego kału ?

**Wyjaśnienie:** Tak.

102. Zadanie 8. Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu w zadaniu 8 z wymaganiami SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą instrukcji wykonania testów

**Wyjaśnienie:** Tak.

Małgorzata Popławska  
/-/  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu