



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP 3320.69.21

Zamość, dnia 10 stycznia 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do badań z zakresu diagnostyki infekcyjnej wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego.

1. „Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora? ”

Wyjaśnienie: Tak wymaga, jeżeli wskazują na to ulotki odczynnikowe.

2. „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynniki można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.”

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

3. „Dotyczy Parametry graniczne analizatora immunochemicznego, pkt 1. Czy Zamawiający dopuści analizator z sierpnia 2016 roku w pełni sprawny, po przeglądzie serwisowym ? ”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

4. „Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, Odczynniki do badań z zakresu diagnostyki infekcyjnej wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego, pkt 17. Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w umieszczeniu pozycji „Zewnętrzny kontrola jakości” w ramach specyfikacji wykonywanych badań i asortymentu. Czy Zamawiający oczekuje wyszczególnienia programów kontroli wraz z cenami i będzie je każdorazowo kupował za pośrednictwem Oferenta czy też Zamawiający oczekuje wykupienia programów kontroli i zamawianie próbek przez Oferenta w ramach kontraktu na odczynniki i analizator?”

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza wykupienie i zamawianie materiałów kontrolnych przez Oferenta w ramach umowy.

5. „Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez oferenta? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.”

Wyjaśnienie: Zamawiający ma w posiadaniu roztwór podchlorynu w stężeniu ok. 15%.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu