



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 8 sierpnia 2022 r.

AT.Z.2150.14.1.2022

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. „**Zakup i dostawa rękawów do sterylizacji plazmowej oraz akcesoriów zużywalnych w Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**”, wpłynęły kolejne 4 pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Dotyczy Zadania 1: Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70 mb ? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody prosimy o określenie, czy w razie otrzymania w wyniku przeliczeń ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość rolek czy dokonać zaokrąglenia do pełnych rolek (w górę bądź zgodnie z zasadami matematyki)?”

Odpowiedź: TAK. Zaokrąglenia należy dokonywać do pełnych rolek w górę.

Pytanie 2:

„Dotyczy Zadania 1: Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 120-150 °C?”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 3:

„Dotyczy Zadania 1, pozycja nr 5 Czy w miejsce rękawa o szerokości 420 mm Zamawiający dopuści rękaw 400 mm?”

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 4:

„Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu Zakup i dostawa rękawów do sterylizacji plazmowej oraz akcesoriów zużywalnych w Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. „Zadaniu nr 1 poz.5 rękawa Tyvek o szerokości 380 mm”.

Odpowiedź: NIE.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Adam Fimiarz
Adam Fimiarz