Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa aparatu rtg śródoperacyjnego Ziehm Vision RFD HE prod. Ziehm (2017 rok produkcji aparatu) w następującym zakresie:

1) demontaż uszkodzonych 2 szt. monitorów przeglądowych i kratki przeciwrozproszeniowej,
2) dostawa i zamontowanie 2 szt. fabrycznie nowych monitorów przeglądowych oraz fabrycznie nowej kratki przeciwrozproszeniowej, wykonanie kalibracji, testów jakości obrazu i sprawdzenie poprawności działania aparatu, wystawienie raportu z określeniem jego sprawności i dopuszczeniem do dalszego użytkowania.
3) wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2759)

1. Zaoferowane podzespoły fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025
2. Zaoferowana kratka przeciwrozproszeniowa i monitory przeglądowe w pełni kompatybilne z aparatem rtg śródoperacyjnym Ziehm Vision RFD HE prod. Ziehm.
3. Kratka przeciwrozproszeniowa o wysokiej gęstości wynoszącej ≥ 70 linii/cm
4. Monitory przeglądowe, przekątna ekranu min. 19”, standard DICOM
5.Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia jest oznakowany znakiem CE, posiada deklarację zgodności UE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.