



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 04 sierpnia 2016r.

AG.ZP 3320.46. .16



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: zmiany treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na **dostawę jednorazowego sprzętu diagnostycznego i stentów uwalniających leki dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu** w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia dot. zadania nr 16 i 21.

W zadaniu nr 16 ulega zmianie zakres dostępnych średnic. Obowiązujący opis przedmiotu zamówienia w tym zadaniu to:

Warunki techniczne wymagane:

- do dostępu z dościa promieniowego
- dostępne średnice : 6,5 F – 0,070”
7,5 F – 0,080”
8,5 F – 0,090”
- pokrycie hydrofilne
- długość cewnika 100 cm
- różne końcówki dostosowane do nietypowych odejść naczyń wieńcowych.

W zadaniu nr 21 zmiana dotyczy wprowadzenia dodatkowych warunków technicznych wymaganych. Obowiązujący opis przedmiotu zamówienia w tym zadaniu to:

Warunki techniczne wymagane:

- średnica zewnętrzna cewnika kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6-7 F
- pokrycie hydrofilne na dystalnym końcu cewnika
- długość cewnika aspiracyjnego 140 +/- 5 cm
- możliwość cewnika aspiracyjnego 6 i 7 F
- cewnik do trombektomii ze sztyltem i bez sztyletu dla śr. 6 F
- marker na dystalnym końcu cewnika



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

- metalowy oplot cewnika ułatwiający przejście (dostarczenie cewnika do chorobowo zmienionego naczynia)

Warunki techniczne oceniane:

- średnica wewnętrzna światła aspiracyjnego powyżej 0,040” (cała) dla cewnika 6 F
- max 5 pkt.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu