



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG.ZP.3320.75. . 18

Zamość, dnia 26 listopada 2018 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę jednorazowych zestawów chirurgicznych, bielizny oraz ubrań operacyjnych**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

1. Zadanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 6 niżej opisanego zestawu?
Obłożenia do cięcia cesarskiego sterylne:

- 1 x serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150cm x 19cm
- 1 x serweta na stolik MAYO (forma worka na zużyty zestaw) jednostronnie wzmocniona o rozmiarach 78cm x 145cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa w kształcie litery T o wymiarach 186/250cm x 330cm, posiadająca przyklepniętą folię operacyjną o wymiarach 36x36 z otworem 18x16cm, otwór ten okala worek przechwytyjący płyny 360°
- 1 x serweta włókninowa chłonna dla noworodka 75cm x 120cm
- 4 szt. serwetki celulozowe o wym. 30,5cm x 34cm
- 1 taśma mocująca
- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia.

Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w minimum 2 etykiety przyklepne zawierające dane identyfikujące wyrób.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ

2. Zadanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu 12 serwety sterylnej 3-warstwowej (2 x włóknina polipropylenowa, folia polipropylenowa), jednorazowa, pełnobarierowa serweta zgodna z normą PN EN 13795 o gramaturze min. 74 g/m². W rozmiarze 75x100cm, wykończona taśmą przyklepną na całej długości jednego z boków. Pakowana po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, zaopatrzonej w 4 etykiety samoprzylepne służące do wklejania do dokumentacji medycznej?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zadanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie zestawów sterylnych o poniższym składzie i parametrach:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40g/m²,

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
AG.ZP.3320.75.18 – wyjaśnienia SIWZ

Strona 1 z 10



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UROWYŻNIANIE
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm,
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315 cm z przyklepnym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min. wym. 80x80cm, 2 zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50g/m² o wym. 90x100cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestawy w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE – zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG. Zgodność z normą EN 13795.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że serweta w kształcie litery T posiada gramaturę min. 50g/m².

4. Zadanie 2 pozycja 1 – 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

5. Zadanie 2 pozycja 1 – 2

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywania i wyjmowanie – sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

6. Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepkę typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ok 46cm, głębokość czepki ok 13cm, denko o wymiarach ok 20cm x 12,5cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

7. Zadanie 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepkę typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym, o wymiarach: w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16cm, średnica zewnętrzna 30cm ±1cm, długości gumki po rozciągnięciu czepki – 50–53cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

8. Zadanie 2 pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ i wyjaśnieniami pytanie nr 13 i 14.

9. Zadanie 2 pozycja 3-4

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarielową na gumkę lub troki odpowiednio do pozycji?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ i wyjaśnieniami pytanie nr 13 i 14.

10. Zadanie 2 pozycja 3-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50szt. z

przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

11. Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka wykonanego z przewiewnej wiskozowej włókniny, z gładko wszytą wokół czepka włókniną wchłaniającą pot, bez troków, posiadającego wydłużoną część tylną ze ściągaczem o rozmiarze uniwersalnym?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

12. Zadanie 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego, okrągłego czepka wykonanego z przepuszczającej powietrze włókniny polipropylenowej, z wszytą gumką na całym obwodzie?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

13. Zadanie 2 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej 3-warstwowej, spełniającej wymagania normy EN 14683 (typ II) zawiązywanej na troki, wykonanej z włókniny polipropylenowej, niepowodującej podrażnienia skóry, posiadającej sztywnik, ułatwiającej łatwe dopasowanie si maski do kształtu twarzy, pakowanej w kartonach w sposób umożliwiający wyjęcie tylko jednej sztuki?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

14. Zadanie 2 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski chirurgicznej 3-warstwowej, spełniającej wymagania normy EN 14683 (typ II), z gumkami na uszy, wykonanej z włókniny polipropylenowej, posiadającej sztywnik, ułatwiającej łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, pakowanej w kartonach w sposób umożliwiający wyjęcie tylko jednej sztuki?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

15. Zadanie 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów neurochirurgicznych wykonanego z włókniny dwuwarstwowej o gr 55g/m² z obszarami wzmocnionymi, całkowita gramatura obszarów wzmocnionych 110g/m² o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190
- 1 serwet na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145
- 1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią 39x30cm z torbą do zbierania płynów 320 x 245
- 4 samoprzylepne serwety operacyjne 50x50
- 1 taśma samoprzylepna 10x50
- 2 uchwyty Velcro 2x23
- 2 ręczniki celulozowe 30x33

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

16. Zadanie 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zabiegów sercowo-naczyniowych wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze 55 g/m² oraz ze wzmocnieniami (z chłonnej włókniny SMS) w obszarach krytycznych łącznie o gramaturze 110g/m² i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145

- 1 serweta do operacji klatki piersiowej z pasem chłonnym i oknem (38x32cm) z wbudowanymi kieszeniami 315x260
- 1 samoprzylepna serweta z pasem chłonnym z wycięciem i nakryciem krocza 95x20cm – 260x200
- 1 serweta nieprzylepna 150x200
- 2 przezroczyste osłony na stopy
- 2 taśmy samoprzylepne 10x50
- 4 ręczniki celulozowe 30x33

Z kieszenia samoprzylepną dwukomorową pakowaną oddzielnie od zestawu? Łączna gramatura w miejscach wzmocnień stolika Mayo i serwety narzędziowej wynosi 90g/m². Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, posiadającym etykietę z jedną, dwudzielną, samoprzylepną naklejką przy czym min. jedna z jej części zawiera nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

17. Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze 55g/m² i poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19x28cm) 315x250
- 1 serweta dla noworodka 90x100
- 1 taśma samoprzylepna 10x50
- 4 ręczniki celulozowe 30x33

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa, posiadającym etykietę i jedną, dwudzielną, samoprzylepną, naklejkę przy czym min. jedna z jej części zawiera nazwę producenta, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że otwór nie posiada folii samoprzylepnej.

18. Zadanie 9 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze 55g/m² o wymiarach 120x150cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7cm? - pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

19. Zadanie 12 i 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego (polipropylen-polietylen) o gramaturze 55g/m² – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

20. Umowa

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części – w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, *jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.*

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

21. Zadanie 1 pozycja 1

Czy można zaferować folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,048mm? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

22. Zadanie 1 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie do zaferowania folii wykonanej z poliuretanu o grubości 0,048mm w rozmiarach: powierzchnia całkowita 45x72cm i powierzchnia lepna 45x65cm lub w rozmiarach: powierzchnia lepna 55x80cm i powierzchnia całkowita 55x87cm. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

23. Zadanie 2 pozycja 1

Czy można zaferować czepek w rozmiarze uniwersalnym z wywijanym brzegiem, które to wywinicie spełnia funkcję taśmy pochłaniającej pot?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

24. Zadanie 3

Czy można zaferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta do kraniotomii w rozmiarach 225x280cm z otworem w rozmiarach 19x25cm wypełnionym folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów, z sitem i zaworem do podłączenia drenu, z 2 podwójnymi zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm

1 serweta na stolik Mayo 80x145cm

3 serwety samoprzylepne z folii PE 50x50cm

2 ręczniki chłonne 30x40cm

Zestaw wykonany jest z dwuwarstwowego laminatu ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej o gramaturze 109,5 g/m².

Zestaw zapakowany w opakowanie wewnętrzne (folia) i zewnętrzne (karton).

Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

25. Zadanie 4

Czy można zaferować serwetę w rozmiarach 75x100cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 10cm? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

26. Zadanie 5

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na obłożenia do operacji sercowo-naczyniowych o następujących parametrach:

Skład zestawu:

a) 4 ręczniki wysokochłonne 30x40cm

b) 2 osłony na stolik Mayo 80x145cm

c) 2 taśmy włókninowe, samoprzylepne 9x50cm

d) 2 pokrowce na stopy 37,5x24cm, wyposażone w taśmy samoprzylepne

e) 1 serweta operacyjna 150x180cm

f) 1 serweta wzmocniona w rozmiarach 260x175cm z samoprzylepnym wcięciem U o wymiarach 20x100cm, wyposażona w zintegrowane uchwyty do przewodów i krocza typu pampers

g) 1 serweta główna do obłożenia klatki piersiowej w kształcie litery „T” o wymiarach 300/225x370cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 40x38cm,

wypełniony folią operacyjną (po dwóch stronach otworu znajdują się taśmy samoprzylepne, które dodatkowo mocują serwetę głoną do pacjenta). Serweta także posiada:

- dwie 2-komorowe kieszenie na narzędzia (kieszenie dzielone asymetrycznie) umieszczone po obu stronach otworu (wymiary kieszeni 67x34cm)
- dwie 1-komorowe kieszenie w górnej części serwety (ekran anestetyczny)
- pięć uchwytów do przewodów i drenów typu rzep o min wymiarach 2x10cm z kieszenią jednokomorową pakowaną oddzielnie

h) serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu), warstwa chłonna min. 75x190cm, serweta wyposażona w piktogram określający kierunek rozkładania

Dotyczy f i g: Serweta chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu 3-warstwowego (strefa krytyczna) (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa) o min gramaturze 109,5g/m², oraz strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy o gramaturze 57,5g/m².

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

27. Zadanie 6

Czy można zaoferować obłożenia do cięcia cesarskiego o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm

4 ręczniki celulozowe 30x40cm

1 serweta na stolik Mayo 80x145cm

1 serweta dla noworodka, 90x100cm włóknina absorbująca płyny

1 serweta do cięcia cesarskiego I, w kształcie litery T do zabiegów w pozycji na plecach, 260/200x335cm z otworem wokół jamy brzusznej w rozmiarze 27x33cm otoczonym folią chirurgiczną, rozmiar okna bez folii 14x20cm, ze zintegrowaną torbą na płyny i zaworem do podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych.

Obłożenie spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

28. Zadanie 8

Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 150x200cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

29. Zadanie 10

Czy można zaoferować zestaw do zabiegów otolaryngologicznych o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm

2 ręczniki 30x40cm

1 serweta na stolik Mayo 80x145cm

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

1 serweta samoprzylepna 75x90cm

1 serweta samoprzylepna w wycięciu „U” wzmocniona 225x260cm

wycięcie 10x100cm – 1 serweta samoprzylepna 150x240cm

Zestaw zapakowany w opakowanie wewnętrzne (foli) i zewnętrzne (karton).

Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

30. Zadanie 13

Czy można zaoferować serwetę wykonaną z włókniny o gramaturze 57,5g/m²? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

31. Zadanie 1 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną wykonaną z poliuretanu o gr. 0,025mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

32. Zadanie 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną w rozmiarze 30x26cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

33. Zadanie 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną folię operacyjną w rozmiarze 60x52cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

34. Zadanie 1 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

35. Zadanie 2 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

36. Zadanie 2 pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

37. Zadanie 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90 z otworem owalnym w rozmiarze 10x15cm bez perforacji?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

38. Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o minimalnej różnicy w składzie – tj.

1 x serweta samoprzylepna prostokątna o wymiarach 200x320cm z otworem o wymiarach 25x30cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75x85cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hybrydowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m². Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo-foliową stanowiącą pierwsze, zewnątrz owinięcie zestawu.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

39. Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

40. Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200x280cm z otworem o średnicy 10cm wykonana z hybrydowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienia wysokochłonne o gramaturze 80g/m².

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30x30cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze

45g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10x50cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150x190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej – 63g/m².

System podwójnego zabezpieczenia – wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

41. Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę z taśmą przylepną o długości 88cm, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne typu TAG?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

42. Zadanie 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną o gramaturze 56g/m² i warunek graniczny min. 56 g/m²?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

43. Zadanie 1 pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości 3,5cm (+/-0,5cm) ułatwiające aplikację. Opakowanie jednostkowe- papier silikonowany – szerokość od miejsca zgrzewu 10mm. Opakowanie handlowe 10szt. Powierzchnia lepna 30x28cm, całkowita 28x38,5cm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

44. Zadanie 1 pozycja 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,025mm, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości 3,5cm (+/-0,5cm) ułatwiające aplikację. Opakowanie jednostkowe- papier silikonowany – szerokość od miejsca zgrzewu 10mm. Opakowanie handlowe 10szt. Powierzchnia lepna 56x80cm, całkowita 56x88,5cm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

45. Zadanie 2 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek w kształcie kaptura, wiązany na troki z tkaninowym paskiem na czole pochłaniającym pot. Wykonany w 71% z jedwabiu wiskozowego +29%polimerowej mieszaniny wiążącej. Rozmiar uniwersalny.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

46. Zadanie 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do kraniotomii. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µm z makroteksturą, ze wzmocnieniem chłonnym (owinięcie zestawu)
- 2 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z mocnej folii PE ze wzmocnieniem chłonnym
- 4 x serweta 45x50 cm, przylepna z bilaminatu
- 2 x taśma lepna, przeźroczysta 8x40 cm
- 1 x serweta do kraniotomii, 236x406cm, z otworem 20x33cm w kształcie rombu, całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny, 2 zintegrowane uchwyty na

przewody typu rzep

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serweta główna w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie. Dwucentymetrowa nieprzelewna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

47. Zadanie 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x koczek dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace

-2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrościecią 20x30 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, torbą na płyny 270° z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m²), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Opakowanie zbiorcze 6 szt.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

48. Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów neurochirurgicznych z ręcznikami chłonnymi w rozmiarze 18x25cm? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

49. Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z dwuwarstwowego laminatu (folia PE 50 mikronów i włóknina 20g/m²), zgodny z normą PN EN 13795, opakowanie folia-folia zaopatrzone w dwie etykiety samoprzylepne zawierające dane identyfikujące wyrób, łatwy do szybkiego otwarcia, o składzie:

1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80cm wyposażony w sztywnik, podłączeniowy ssaka i organizatory przewodów 175/250x300 – 1
2. serweta – owinięcie noworodka 90x120 – 1
3. taśma samoprzylepna 9x49 – 1
4. ręczniki chłonne 18x25 – 4
5. osłona na stolik Mayo 79x145 – 1

6. serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190 – 1
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

50. Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw otolaryngologiczny o składzie:

1. serweta chirurgiczna do okrycia głowy o wymiarach 150x94cm, z owinięciem w formie turbanu, wyposażony w taśmy samoprzylepne 150x94 – 1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x290cm z samoprzylepnym wycięciem U o wymiarach 7x65cm (powierzchnia samoprzylepna jest węższa od standardowej) 200x290cm – 1
3. torba na szwy 16x28cm – 1
4. osłona na stolik MAYO 79x145 – 1
5. serweta na stolik – (owinięcie zestawu) 150x210 – 1

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

D Y R E K T O R

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek