



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP 3320.48.21

Zamość, dnia 13 września 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu genetycznego i testów genetycznych.

1. „Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić 2 takie same aparaty zamiast jednego pojedynczego? W takim przypadku Wykonawca może zaoferować aparat wykonujący 1 próbkę w czasie 20 minut. Przy 2 aparatach daje to wydajność 8 testów w ciągu 90 minut, czyli spełnia to z nadmiarem pozycję z punktu 10-tego wymogów granicznych: 10. Wydajność aparatu nie niższa niż 4 testy Sars-Cov-2 na 90 minut. Dodatkowo w przypadku awarii jednego aparatu, pozostaje drugi sprawny.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu