

Zamość, dnia 25 września 2020 r.



DZP.3320.60. .20

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Hemodynamiki**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

**Pytanie dot. zadania 1:**

„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników angiograficznych w rozmiarach 5 i 6F i długościach 100 oraz 110 cm oraz pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 1:**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne znanego producenta, używane w wielu pracowniach hemodynamicznych na terenie RP, w długościach 100 i 130 cm dla JL4, JR4; 100 cm dla IM, MPA oraz 110 i 130 cm dla PIG TAIL, z krzywizną MPA dostępną w średnicy 5 i 6 F? Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją przetargową?”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 2, 3:**

„Czy Zamawiający w Zad 2, 3 oczekuje koszulek zbrojonych widocznym oplotem metalowym spiralnym czy w postaci metalowej siatki?”

**Wyjaśnienie:** Zamawiający oczekuje metalowego oplotu spiralnego.

**Pytanie dot. zadania 3:**

„Czy Zamawiający dopuści zestawy wprowadzające długie – koronarografia o długości 25 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4:**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej z przewodnikiem prostym 0,018” w zestawie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 4:**

„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wprowadzającego do tętnicy promieniowej o następujących parametrach:

- długość 11cm

- 5 - 6 F – koszulka z portem bocznym i zastawką hemostatyczną

- dilatator, igła prosta 21G, przewodnik prosty 0,018” w zestawie



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po  
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000:2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIEŃIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariat:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

- atraumatyczna, odporna na załamania i zagięcia koszulki”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 5:**

„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wprowadzającego do tętnicy promieniowej hydrofilnego o następujących parametrach:

- długość koszulki 11cm

- 5 - 6 F – koszulka pokryta substancją hydrofilną z portem bocznym i zastawką hemostatyczną

- dilatator, igła prosta metalowa 3,8cm; 21 G, przewodnik prosty 0.018” w zestawie

- atraumatyczna, odporna na załamania i zagięcia koszulka”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 10:**

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powszechnie stosowanego przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia nie posiadającego osobnego portu do testowania poprawności działania systemu, ponieważ zaoferowane przez nas przetworniki są już wstępnie wykalibrowane i nie wymagają dodatkowego testowania.”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 10:**

„Czy Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w dodatkowe żółte koreczki dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji?”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 16:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów koronarografii i PTCA o składzie i parametrach:

– dwa fartuchy w rozmiarach XL, dodatkowo wzmacniane, z warstwą absorpcyjną

- Serweta operacyjna w kształcie litery T wykonana z włókniny hydrofobowej SMS. Rozmiar serwety 370x240cm. W części centralnej serweta posiada dwa otwory podklejone folią chirurgiczną do tętnic promieniowych w rozmiarze 6 x 8 cm oraz dwa otwory podklejone folią chirurgiczną do tętnic udowych o średnicy otworu 8 cm. Otwory położone w równej linii od tętnic promieniowych i udowych. Dookoła otworów warstwa chłonna w rozmiarze 100x180cm. Po prawej stronie pacjenta serweta posiada przezroczystą krawędź (folia PE) do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego umieszczoną od dołu chusty o wymiarach 70 x 150 cm

- zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny: serweta o wymiarze 130x 90 cm

- osłona foliowa na sprzęt prostokątna 71cm x91cm z gumką – 1 szt

- osłona foliowa na sprzęt prostokątna 102cm x91cm z gumką – 1 szt

- rampa dwudrożna niskociśnieniowa – 1 szt. - dopakowana do zestawu

- skalpel nr 11 – 1 szt

- igła iniekcyjna 18G x 1 1/2 (1,2x40mm) różowa - 1 szt

- miseczki 2 szt.: 1 litr i 0.5 litra. Miseczki ze sztywnego tworzywa, niepodatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu

- gaziki bawełniane ośmiowarstwowe 7.5 x 7.5 cm - 20 szt

- strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką luer-lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka przezroczystości cylindra 10 ml – 1 szt.

- strzykawka 20 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra – 1 szt.

- strzykawka 10 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra – 2 szt.
  - strzykawka 2 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra – 1 szt.
  - igła 0.6 mm – 1 szt.
  - przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z regulacją przepływu, dł. 150 cm, 20 ml, filtr 15 mm – 1 szt. – dopakowany do zestawu
  - przedłużacz wysokociśnieniowy z końcówkami żeńska II / męska II 150cm - 1 szt
- wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon - dopakowany do zestawu”  
**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 23:**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny stent o poniższych parametrach:  
 stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego L605  
 stent uwalniający lek Everolimus  
 stent pokryty Polimerem: BioPoly™ ( biodegradowalny oraz biokompatybilny)  
 budowa stentu hybrydowa (komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte)  
 Średnice stentu (8) : 2.00 ; 2.25 ; 2.50 ; 2.75 ; 3.00 ; 3.50 ; 4.00 ; 4.50 (mm) (możliwość rozszerzenia stentu 4,5 mm do 5,0 mm)  
 - Długości stentu (11) : 8,13,16,19,24,29,32,37,40,44,48 (mm)  
 - Ciśnienie nominalne NP 8 ATM,  
 - Ciśnienie RBP 14/16 ATM (w zależności od średnicy i długości)  
 (14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.)  
 grubość przęseł (strutów) stentu 50 µm  
 wystawanie balonu poza stent poniżej 0,5 mm z każdej strony stentu  
 skrócenie stentu (foreshortening): 0,29 %, zmniejszenie średnicy stentu (recoil): 3 %  
 Profil przejścia : 0,99mm/0,039” ( dla średnicy 3,00 mm),  
 Dobra widoczność w skopii  
 Doprężenia:  
 2.00 mm - 2.25 mm do 2.50 mm  
 2.50 mm - 3.00 mm do 3.50 mm  
 3.50 mm - 4.00 mm do 4.50 mm  
 4.50 mm do 5.00 mm”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 25:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu kobaltowo – chromowego uwalniającego lek sirolimus do zmian krętych i długich ze stałego fluoro-polimeru, długości w zakresie 9 – 39 mm dla średnicy 3,0 mm, RBP 16 atm dla pełnego zakresu średnic?”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 26:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów kobaltowo- chromowych uwalniających lek sirolimus o średnicy w zakresie 2.0 - 4.0 mm, długości stentu 8 – 40 mm w pełnym zakresie średnic na balonie o ciśnieniu nominalnym 11 atm, RBP 16 atm?”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 26:**

„Czy Zamawiający dopuści do ceny stent o średnicy (8) : 2,00-2,25-2,50-2,75-3,00-3,50-4,00-4,50 (mm); Długości stentu (11) : 8,13,16,19,24,29,32,37,40, (mm) dla zakresu średnic 2.25-4.50mm; Ciśnienie nominalne NP 9ATM. Reszta parametrów bez zmian?”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. zadania 28:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do bardzo trudnych i ciasnych zmian o niższym profilu - crossing profile dla średnicy 1.25mm 0,0190 przy zachowaniu pozostałych parametrów?”

**Wyjaśnienie:** Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia podany w SIWZ.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający poprzez określenie terminów w umowie rozumie dni robocze czy kalendarzowe? Jeżeli robocze, to czy przez termin dni robocze rozumie pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający mógłby określić jaki procent ilości wyrobów określonych w SIWZ zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa: ”opóźnienia”, słowem : „zwłoki”, w par 6 ust. 1?”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?”

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy naliczana była od niezrealizowanej części umowy brutto?”

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
Małgorzata Popławska