



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 18.05.2016r.

AG.Z.2150.7.2.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu cystoskopowego wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

### Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w opisie łączników cystoskopu? Obie pozycje określają ten sam łącznik. Jeżeli Zamawiający wymaga łącznika diagnostycznego to może on nie posiadać kanału narzędziowego. W takim przypadku zwracamy się z prośbą o dopuszczenie takiego łącznika. Możliwe jest również zaoferowanie łącznika z dwoma kanałami narzędziowymi. Prosimy o określenie jakich łączników Zamawiający wymaga.”

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 4 w pozycji łącznik cystoskopu:

- łącznik cystoskop-optyka bez kanału narzędziowego – 2szt
- łącznik cystoskop-optyka z jednym kanałem narzędziowym – 2szt.

### Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 2

„ Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 i 2 dźwignię Albarrana bez obturatora? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

### Odpowiedź na pytanie nr 2:

NIE

### Pytanie 3:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający dopuści w pozycjach nr 1, 2 i 3 optykę – długość 30,2cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

### Odpowiedź na pytanie nr 3:

NIE

### Pytanie 4:

Dotyczy zadania nr 3

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie optyki bez pojemnika do sterylizacji plazmowej.”

### Odpowiedź na pytanie nr 4:

NIE

Z-ca DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek med. Marek Lipiec



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UOWSZECHNIANIA  
KARMENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524