



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 23 grudnia 2015 r.

AG.ZP.3320.75. .15

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiologii. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 2:

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, prosimy zamawiającego o dopuszczenie introducera z rozrywalną koszulką typu „peel away” odpornego na załamania o długości dylatora 33 cm i średnicach 8, 9 i 10F. Średnice 6 – 10 F są dostępne dla dylatora o dł. 23 cm. Oferowany produkt jest najwyższej jakości, od europejskiego producenta, używany w wielu klinikach w Polsce, Europie i cieszący się dużym uznaniem. W zestawie znajduje się przewodnik – 50 cm zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Nie, obowiązuje SIWZ.

Pytanie dot. zadania 4 poz. B:

Prosimy o dopuszczenie produktu konkurencyjnego cenowo – kaniul żyłno – żylnych do procedur ECMO o dwuświatłowej budowie. Są to kaniule zbrojone, wykonane z materiału odpornego na zagięcia – PEBAX, z tętym introducerem w komplecie oraz dużym światłem wewnętrznym, co gwarantuje łatwe wprowadzenie i bezpieczeństwo użytkowania. Pozytywna odpowiedź na pytanie pozwoli przystąpić do przetargu większej liczbie oferentów, co korzystnie wpłynie na sytuację ekonomiczną szpitala. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Wyjaśnienie: Zamawiający podtrzymuje wymagania opisu przedmiotu zamówienia.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524