



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dn. 27.09.2016 r.

AG.Z.2150.7.3.2016

Dotyczy : odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę ureterorenoskopów wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treści pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt.3 Załącznika nr 2 (Parametry techniczne):

Prosimy o dopuszczenie ureterorenoskopu o wymiarze części początkowej 8,6 Charr

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2

Dotyczy pkt. 8 Załącznika nr 2 (Parametry techniczne):

Prosimy o dopuszczenie pojemnika do sterylizacji o długości 665 mm.

Odpowiedź: Wiążące są zapisy zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie nr 3

Dotyczy §2 ust.5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w niniejszym ustępie był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Wiążące są zapisy zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie nr 4

Dotyczy §2 ust.7 oraz § 3 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie jednego z zapisów dotyczących terminu gwarancji.

Odpowiedź: Rezygnujemy z zapisów w §2 ust.7

Pytanie nr 5

Dotyczy pkt. 8 Oferty Wykonawcy oraz § 3 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski do 12 dni roboczych.

Odpowiedź: Wiążące są zapisy zaproszeniu do złożenia ofert.

Pytanie nr 6

Dotyczy pkt. 1 Załącznika nr 2 (Parametry techniczne):

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fabrycznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2015 roku ?

Odpowiedź: Wiążące są zapisy zaproszeniu do złożenia ofert.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec



URS is a member of Register of Suppliers (NABE) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRZASZCZANIA
KARMIENIA
PIERŚNIĄ



Szpital
bez bólu

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524