

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Videokolonoskop – 1szt.

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
1.	Videokolonoskop HDTV wysokiej rozdzielczości Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2022 Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Średnica sondy endoskopowej	max 12,8 mm podać	
3.	Średnica kanału roboczego	min. 3,7 mm podać	
4.	Długość sondy roboczej	min. 1600 mm podać	
5.	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej Góra/dół Prawo/lewo	180/180 stopni 160/160 stopni podać	
6.	Kąt pola widzenia	min 170 stopni podać	
7.	Kanał do spłukiwania pola operacyjnego	TAK	
8.	Dedykowany do endoskopii ssak elektryczny z płynną regulacją mocy ssania – 1szt.	TAK podać	
9.	Uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora	TAK	
10.	Konektor jednogniazdowy i wodoodporny	TAK	
11.	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji	TAK	
12.	Przystosowany do współpracy z posiadanymi przez Szpital procesorami wizyjnymi CV-190 i źródłami światła CLV-190 prod. Olympus	TAK	
13.	Przystosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2 plus, ETD-3 (GA) oraz Mini ETD-2 GA prod. Olympus	TAK	

14.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK podać	
-----	---	--------------	--