



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.1.22

Zamość, dnia 9 lutego 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia, zmiany treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji **protez naczyniowych**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Protezy proste, srebrzone, o następujących wymiarach:

Pozycja 1. Proteza prosta, dziana, uszczelniana, srebrzona długość 40 cm, średnica 6 mm.

Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu Protezy proste, impregnowane solami srebra o następujących parametrach technicznych:

- 1) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10 - 20 cm, średnica 6mm
- 2) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10 - 40 cm, średnica 6mm
- 3) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 60 - 80cm, średnica 6mm
- 4) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10 - 20cm, średnica 8mm
- 5) proteza prosta, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 20-40cm, średnica 8mm
- 6) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 60- 80cm, średnica 8mm
- 7) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 20 - 40cm, średnica 10mm
- 8) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10 - 20 cm, średnica 12mm
- 9) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 20-40cm, średnica 12mm
- 10) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10-20cm, średnica 20mm
- 11) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10-20cm, średnica 22mm
- 12) proteza prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra długości 10-20cm, średnica 24mm”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu protezy rozwidlone (Y) o następujących

parametrach technicznych:

- 1) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 14/7mm
- 2) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 16/8mm
- 3) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 18/9mm
- 4) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 20/10mm
- 5) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 22/11mm
- 6) proteza rozwidlona (Y), dziana, uszczelniana kolagenem, impregnowana solami srebra, średnica 24/12mm”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na Protezy z PTFE, o następujących wymiarach:
Pozycja 1. Proteza prosta, niezbrojona z PTFE, długość 30 cm, średnica 5 mm lub Proteza prosta, niezbrojona z PTFE, długość 40 cm, średnica 6 mm.
Pozycja 3. Proteza prosta, niezbrojona z PTFE, długość 40 cm, średnica 8 mm.
Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie dla obu pozycji.

Pytanie dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu protezy PTFE o następujących parametrach technicznych:

- 1) proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 30cm, średnica 6mm
- 2) proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 70cm, średnica 6mm
- 3) proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 40cm, średnica 8mm
- 4) proteza prosta, niezbrojona z PTFE, dł. 70cm, średnica 8mm”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

„Czy w Zadaniu nr 3 poz. 3 Zamawiający dopuści protezy o długości 40cm (pozostałe parametry bez zmian)?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3:

„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie protez prostych, niezbrojonych od producenta ze Stanów Zjednoczonych, dla których proteza o średnicy 8mm ma długość 50 cm (wymóg 30cm). Pozostałe rozmiary i parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 3, Pozycja 3, zamiast protezy dł. 30 cm średnica 8 mm, dopuści protezę długość 40 cm średnica 8 mm? Pozostałe parametry bez zmian.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6:

„Czy Zamawiający zrezygnuje z tworzenia komisji do tego pakietu?”

Wyjaśnienie: Zamawiający, na mocy art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

dokonuje zmiany zapisów SWZ poprzez wykreślenie wymogu utworzenia Banku sprzętu dla zadania 6 (Rozdział V ust. 3 SWZ). W związku z dokonaną zmianą informujemy, że dla zadania 6 mają zastosowania zapisy wzoru umowy nr 1.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej części dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 1 % łącznej wartości brutto opóźnionej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2 % wartości brutto części przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 1 % łącznej wartości brutto opóźnionej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
3. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie wskazanym w nocie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1 lub ust. 2.
6. Łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert to **16 lutego 2022 r. godz. 11:00**

- nowy termin otwarcia ofert to **16 lutego 2022 r. godz. 12:00**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16 marca 2022 r. (30 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu