



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 6 grudnia 2022 r.

DZP.3320.94.22

Dotyczy: unieważnienia czynności wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2 grudnia 2022 r w zakresie pytania 7 dot. zadania 3.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, dokonuje unieważnienia czynności wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2 grudnia 2022 r. w zakresie pytania 7 dot. zadania 3 w ramach postępowania pn. dostawa sprzętu endoskopowego.

Obowiązująca treść wyjaśnienia SWZ to :

Pytanie 7 dot. zadania 3:

„Czy Zamawiający dopuści szcypce jednorazowego użytku, obydwu ramiona ruchome, typu szczęki aligatora z zębem szczura, długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm?”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na parametry wyrażone przez wykonawcę, jednak szcypce muszą posiadać funkcję rotacji.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu