

### Zadanie nr 27

Przeгляд tonometru prod. Keeler

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		<b>1</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = 2 + 3</b>	<b>5 = 1 x 2</b>	<b>6 = 5 + 3</b>
1.	Pulsair Desktop	1	2014	Poradnia Retinopatii Cukrzycowej					
Suma:									

Zakres przeglądu:

- wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- czyszczenie elementów optycznych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

### Zadanie nr 58

Przeгляд rtg przyłózkowego prod. IMD

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		<b>1</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = 2 + 3</b>	<b>5 = 1 x 2</b>	<b>6 = 5 + 3</b>
1.	Basic 100-30	1	2006	Zakład Radiologii					
Suma:									

Zakres przeglądu:

- kontrola działania, czyszczenie, smarowanie elementów ruchomych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

### Zadanie nr 59

Przeгляд rtg przyłózkowego prod. Fujifilm

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto pozycji	Łączna cena brutto pozycji
		<b>1</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = 2 + 3</b>	<b>5 = 1 x 2</b>	<b>6 = 5 + 3</b>
1.	FCR-MB 358	1	2010	Zakład Radiologii					
Suma:									

Zakres przeglądu:

- kontrola działania, czyszczenie, smarowanie elementów ruchomych
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania