



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 13 listopada 2018 r.

AG.ZP.3320.70. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów neuroradiologicznych oraz zabiegów endowaskularnego leczenia malformacji naczyniowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 5 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestaw do tętniaków i malformacji w skład którego wchodzi:

- Prześcieradło do okrycia chorego wykonane z włókna SMS o wym. 240 x 350 cm z 2 okrągłymi otworami o śr. 14 cm podklejone delikatną folią przylepną, sam otwór 7,5 cm, otoczone warstwą chłonną o wymiarach 100 x 280 cm. Folia z 2 stron służąca do zabezpieczenia pulpitu o wymiarach 70 x 3 50 cm. SMS, SMP absorwing, PE- Folie
- serweta na stół instrumentariuszki 150 x 250 cm do zawinięcia zestaw
- osłona foliowa z elastyczną krawędzią na uchwyt pod monitorami o wym. 80 x 110 cm
- dren wysokociśnieniowy, zbrojony, miękki, testowany do 80 BAR, zakończony ruchomą końcówką Luer-Lock, długość 200 cm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. wzoru umowy:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Kupującemu sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Kupujący dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 5 ust. 3).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UROWYŻNIANIE
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

opóźnionej części dostawy.

2. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną za opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 - 4 w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Kupujący wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 2 ust. 1 wzoru umowy nr 2).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

Czy Kupujący wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 ust. 5 wzoru umowy nr 2).

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Jednocześnie, stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający informuje, że zostaje zmieniona treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania 2 i 8.

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy dla zadania 2 zostaje rozszerzony o zapis:

„Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do udzielenia na okres obowiązywania umowy, komputera stacjonarnego iMac o minimalnych parametrach:

- Monitor: 27” Retina
- Procesor: i7 4,5 GHz
- RAM: 32 GB
- Pamięć: 1 TB
- Karta graficzna: Radeon Pro575 4 GB

z systemem operacyjnym i specjalistycznym oprogramowaniem Osirix MD z co najmniej rocznym okresem uaktualnień, w pełni umożliwiającym obróbkę badań CT pod kątem wymiarowania tętniaków i malformacji naczyń mózgowych.”.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy dla zadania 8 zostaje rozszerzony o zapis:

„Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do udzielenia na okres obowiązywania umowy specjalistycznego oprogramowania Osirix MD z co najmniej rocznym okresem uaktualnień, w pełni umożliwiającym obróbkę badań CT pod kątem wymiarowania tętniaków i malformacji naczyń mózgowych.”.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek