

**„Dostawa wirówek laboratoryjnych w ilości 2 szt.
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry graniczne dla wirówki laboratoryjnej

lp	Opis		
1	Wykonawca/Producent		
2	Nazwa – model / typ		
3	Rok produkcji		
Lp	Parametr graniczny	Warunek konieczny	Opisać spełnienie TAK/NIE
1.	Rok produkcji 2023 r. lub 2024 r.	TAK	
2.	Rotor horyzontalny.	TAK	
3.	Ilość gniazd na probówki nie mniej niż 26.	TAK	
4.	Regulowana wielkość obrotów oraz czas wirowania.	TAK	
5.	Rotory na probówki o pojemności 4-7 ml. , wymiarach 13/75 mm oraz 16/105 mm.	TAK	
6.	Prędkość wirowania w zakresie od co najmniej 300 do co najmniej 8 000 obr / min.	TAK	
7.	Funkcja programowania ilości obrotów oraz czasu wirowania (co najmniej 3 programy).	TAK	
8.	Awaryjne ręczne otwieranie pokrywy.	TAK	
9.	Wyświetlane w czasie rzeczywistym parametry wirowania : czas wirowania/zakończenia wirowania, obroty.	TAK	
10.	Język menu ekranowego : polski lub angielski.	TAK	
11.	Gwarancja nie mniej niż 2 lata.	TAK	
12.	Autoryzowany serwis i dostępność części zamiennych na terenie kraju.	TAK	
13.	Termin dostawy – 15 dni roboczych od podpisania umowy.	TAK	