



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dn. 24.11.2015 r.



AG. Z.2150.1.2. .2015

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UK/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy : odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę wózków medycznych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1

dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści aby cztery krążki odbojowe zostały umieszczone na ramie wózka a nie jak to zostało podane w opisie przedmiotu zamówienia przy uchwytach do podnoszenia wieka kapsuły?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 2

dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów leżącej z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900mm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 3

dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej z poręczami bocznymi oraz uchwytami wykonanymi ze stali węglowej pokrytej chromem?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 4

dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej z centralną blokadą kół?

Odpowiedź

Tak

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AG. Z.2150.1.2.2015

Strona 1/3

Pytanie nr 5

dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści 5 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 6

dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 42 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź

Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 5 tygodni

Pytanie nr 7

dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 750 mm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 8

dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża od 710 do 1110mm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 9

dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek o obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź

Nie

Pytanie nr 10

dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 42 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź

Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 5 tygodni

Pytanie nr 11

dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża od 57 do 97 cm?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 12

dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jeden uchwyt do prowadzenia wózka,chromowany,umiejscowiony od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 13

dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła blokowane centralnie?

Odpowiedź

Tak

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek