



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26.02.2019 r.

AG.Z.2150.21.1.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę **urządzeń do produkcji leków oraz urządzenia do ogrzewania pacjenta** wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedź :

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 1 :

1. Czy Zamawiający wraz z wstrząsarką wymaga dostarczenia uniwersalnej platformy z 3 regulowanymi rolkami?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 2:

2. Czy Zamawiający dopuści mieszadło rolkowe z prędkością regulowaną w zakresie od 10 do 70 obr/min?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści mieszadło rolkowe z prędkością regulowaną w zakresie od 4 do 30 obr/min?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści mieszadło rolkowe o wymiarach gabarytowych 180 x 480 x113 mm?

Odpowiedź:

Tak.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec



UKAS is a member of Register of Suppliers (UKASREG)

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZANIA
KARMIEŃIA
PIERWSZA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524