



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 8 września 2022 r.

AT.Z.2150.14.1A.2022

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. „**Zakup i dostawa akcesoriów zużywalnych w Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**”, wpłynęły kolejne 3 pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi?. Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami”.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 2:

„Dotyczy Zadania nr 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji parowej o wymiarach 120x230mm?”

Odpowiedź: NIE.

Pytanie 3:

„Dotyczy Zadania nr 6 – Wskaźnik do kontroli procesów dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni za pomocą aerozolu nadtleniem wodoru. Czy Zamawiający dopuści produkt nie będący wyrobem medycznym?”

Odpowiedź: TAK.

dr n. med. Krzysztof Polberg

/-/

p. o. Z - cy Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

