



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 22 listopada 2016 r.

AG.ZP 3320.62.1. .16

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnień:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty. Zadanie 5 – Narzędzia neurochirurgiczne. Poz. 1, 2) Odgryzacz kostny kąt 40° (odpowiednik kąta 130° - mierzony od wewnątrz) identyczny z wymaganym. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od momentu podpisania umowy.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty o proponowanym kącie. Termin dostawy pozostaje bez zmian.

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 w pkt nr 4 dopuści głowicę (uchwyt) pracujący na częstotliwości 35 kHz?

Wyjaśnienie: Nie.

3. Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 (punkt nr 7) dopuści uchwyty przystosowane tylko do sterylizacji parowej (zalecenia producenta – jest to najbezpieczniejsza dla pacjenta metoda sterylizacji)?

Wyjaśnienie: Nie.

4. Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 (punkt 4.11) dopuści elementy przystosowane tylko do sterylizacji parowej (zalecenie producenta – jest to najbezpieczniejsza dla pacjenta metoda sterylizacji)?

Wyjaśnienie: Nie.

5. Czy Zamawiający dopuści przedłużenie czasu dostawy we wszystkich zadaniach do 29 grudnia 2016?

Wyjaśnienie: Nie.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec