

## **Opis przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy.**

### **1. System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego - dzierżawa trzech aparatów na okres 12 miesięcy**

#### **Parametry techniczne**

System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego .

Sekwencyjny, obwodowy ucisk na podudzie i udo z zachowaniem predefiniowanego, automatycznego gradientu ciśnień: dolna część podudzia – 45 mmHg; łydka 40 mmHg; udo – 30mmHg.

Czas trwania cyklu kompresji w zakresie od: 11 s – 13 s. Czas trwania przerw pomiędzy kompresjami regulowany automatycznie za pomocą systemu wykrywającego ponowne wypełnienie naczyń, umożliwiającego dostosowanie częstotliwości kompresji do fizjologii pacjenta, automatyczna rekalkulacja czasu trwania przerw – co 30 min.

Regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla uda i podudzia w zakresie: 20- 60s.

Równomierny ucisk na stopę z predefiniowanym ciśnieniem 130 mmHg. Czas trwania cyklu kompresji – 5s.

Regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla stopy w zakresie : 30-60s.

Współpracujący z: mankiety uciskowe udowe dostępne w rozmiarach: bardzo małe, małe, średnie, duże; mankiety uciskowe goleniowe dostępne w rozmiarach: małe, średnie, duże; mankiety uciskowe stopowe dostępne w rozmiarach: zwykłe, duże.

### **2. Mankiet w ilości 150 par**

Mankiet kończynowy (udowy) typu Comfort, trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mmHg, 30 mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p /zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie , w rozmiarze: S, M, L,XL ( do wyboru przez Zamawiającego). Kompatybilny z ww. systemem.