

Ogłoszenie nr 540075406-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.

Zamość:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 530804-N-2020

Data: 16-04-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 6050134000000, ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 773 333, e-mail zampupl@szpital.zam.pl, faks 846 386 669.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.zam.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1.) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik Nr 1

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Paski do oznaczania cukru we krwi tętniczej, żyłnej i włosniczkowej – 50 szt. w opakowaniu wraz z kompatybilnymi aparatami pomiarowymi- 10 szt. + płyny kontrolne 10szt. Charakterystyka: – nie wymagające kodowania – pole pomiarowe w szczytowej części paska – funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska – zakres pomiaru 20-600 mg/dl – zakres hematokrytu 20-60% – termin ważności pasków i płynów kontrolnych co najmniej 3 miesiące od momentu otwarcia – dokładność pomiaru: spełnianie normy ISO 15197:2015 dla proponowanych pasków, glukometrów i płynów kontrolnych, potwierdzone dokumentem zgodności z w/w normą, dołączonym do oferty. – instrukcja użytkowania w języku polskim- należy dołączyć do oferty obudowa aparatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych – możliwość kontroli na co najmniej 2 poziomach płynów kontrolnych - czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund

W ogłoszeniu powinno być: Paski do oznaczania cukru we krwi kapilarnej – 50 szt. w opakowaniu, znajdujące się na aktualnej liście refundacyjnej Ministra Zdrowia wraz z kompatybilnymi aparatami pomiarowymi w ilości 450 szt. i płynami kontrolnymi w ilości 150 op. Charakterystyka: nie wymagające kodowania pole pomiarowe w szczytowej części paska funkcja bezkontaktowego wyrzutu zużytego paska – zakres pomiaru 20-600 mg/dl – temperatura przechowywania pasków do min.32°C potwierdzona w instrukcji obsługi pasków lub na opakowaniu pasków – termin ważności pasków i płynów kontrolnych co najmniej 3 miesiące od momentu otwarcia – dokładność pomiaru: spełnianie normy ISO 15197:2015 dla proponowanych pasków, glukometrów i płynów kontrolnych, potwierdzone dokumentem zgodności z w/w normą, dołączonym do oferty. – instrukcja użytkowania w języku polskim – obudowa aparatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych – możliwość kontroli na co najmniej 2 poziomach płynów kontrolnych – czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą 60 szt .aparatów kompatybilnych do zaoferowanych pasków i 20 op. Płynów kontrolnych. W razie awarii aparatu, sprzedający zobowiązuje się do wymiany na nowy aparat według potrzeb Zamawiającego. Całkowita ilość: 5000 opakowań a 50 szt

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2.

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-29 godzina: 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-11 godzina: 12:00