



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dn. 29.11.2016 r.

AG.Z.2150.45.1.2016

Dotyczy : odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę zestawów do infuzji dożylnych leków wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treści pytań i odpowiedzi.

Dotyczy załącznika nr 2 do zaproszenia pozycja 1-3:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z zaciskiem rolkowy bez miejsca na kolec?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów wykonanych z PCV bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Tak.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek



URS is a member of Register of Standards (UKAS) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻENIA
KARMIENIA
PIERŚNIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524