

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 20.04.2016 r.

AG.Z.2150.44.2.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 1 pozycja 5:

Czy Zamawiający może sprecyzować czy wymaga nożyczki chirurgiczne ostre, czy tępe?

Odpowiedź: Nożyczki chirurgiczne ostre.

Pytanie 2. Dotyczy zadania nr 1 pozycja 6:

Czy Zamawiający może sprecyzować czy wymaga nożyczki chirurgiczne ostre, czy tępe?

Odpowiedź: Nożyczki chirurgiczne ostre.

Pytanie 3. Dotyczy zadania nr 5 pozycja 1 i pozycja 2:

Czy Zamawiający może sprecyzować czy wymaga narzędzi tytanowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga narzędzi tytanowych, mogą być ze stali nierdzewnej.

Pytanie 4. Dotyczy zadania nr 5 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści mikronożyczki o długości całkowitej 88mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. Dotyczy zadania nr 5 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści mikronożyczki o długości całkowitej 84mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, jeżeli długość części tnącej nie będzie mniejsza niż 10mm.

Pytanie 6. Dotyczy zadania nr 5, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści mikronożyczki z prostymi końcami o długości 8mm?

Odpowiedź: Nie.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWIASCZANIA
KAMIENIA
PIERSIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 7. Dotyczy zadania nr 5, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści część tnącą o długości 11 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8. Dotyczy zadania nr 5, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści mikronożyczki o dł. 85 mm, pozostałe parametry bez zmian.?

Odpowiedź: Tak, jeżeli długość części tnącej nie będzie mniejsza niż 10mm.

Pytanie 9. Dotyczy zadania nr 1, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 140mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Wiążący jest opis przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do złożenia ofert.

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
(-) *lek. med. Marek Lipiec*